

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

SPEEDYCLAVE 18

- Dampfsterilisator -



VORWORT

Das vorliegende Handbuch ist als integrierender Bestandteil des Sterilisators anzusehen und muss den Bedienern jederzeit zur Verfügung stehen; das Handbuch ist dem Sterilisator immer beizufügen, auch bei der Übergabe an einen anderen Benutzer.

Die Bediener sind verpflichtet, dieses Handbuch zu lesen und gewissenhaft alle Anleitungen zu befolgen, da **COMINOX** bei Nichtbeachtung der folgenden Angaben keine Haftung für Personen- und/oder Sachschäden bzw. Schäden am Sterilisator übernimmt.

Der Kunde ist verpflichtet, das Geschäftsgeheimnis zu wahren; die folgende Dokumentation und ihre Anhänge dürfen daher ohne Einverständnis von **COMINOX** weder verändert noch vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Il Cliente ha l'obbligo di rispettare il segreto industriale, per cui la seguente documentazione ed i suoi allegati non possono essere manomessi o modificati, riprodotti o ceduti a terzi, senza l'autorizzazione di **COMINOX**.



INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
Verzeichnis der Geräteteile	6
Teilezeichnung	7
EINLEITUNG	9
LIEFERBEDINGUNGEN	9
ZWECK DES DOKUMENTS	10
LIEFERUMFANG	10
ANWENDUNGSBEREICH	11
Tabelle Zyklen/Sterilisiergut	12
GESAMTDAUER MIN.: IST DIE GESAMTZEIT, DIE DER STERILISATOR FÜR EINEN VOLLSTÄNDIGEN ZYKLUS BENÖTIGT, UND ZWAR BEI WARMSTART (FOLGEZYKUS) UND MINIMALER BELADUNG (NUR GESTELL).	13
TECHNISCHE MERKMALE	14
Tabelle technische Merkmale	14
RICHTLINIEN UND BEZUGSNORMEN	14
ABMESSUNGEN	15
Außenmaße	15
Einbaumaße	15
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	16
Gefahr durch Hitze	16
Geräuschentwicklung	17
Umgebungsbedingungen und -risiken	17
Tabelle Restrisiken	17
TRANSPORT UND VERPACKUNG	18
Auspacken und Reinigen der Komponenten	18
Lagerung	19
INSTALLATION	20
ALLGEMEINE HINWEISE	20


Vorbereitung	20
ANSCHLÜSSE	21
Elektrischer Anschluss.....	21
Wasseranschluss	21
Tabelle Speisewasser	22
MANUELLES BEFÜLLEN DES REINWASSERTANKS	23
MANUELLES ABLASSEN DES REINWASSERTANKS	23
VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU	23
BETRIEB	24
EINSCHALTEN	24
STAND BY	26
MENÜ	27
1. Menü Zyklus.....	28
2. Menü Grundeinstellungen.....	29
3. Menü Erweiterte Funktionen	31
4. Menü Archiv Zyklen	38
5. Menü Wartung	41
INFORMATIONEN im Stand-by-Modus	43
ZYKLUS STARTEN	44
ZYKLUS STOPPEN	45
EREIGNISSE (EVENTS)	47
ZYKLUSINFORMATIONEN	48
GRAFISCHE DARSTELLUNG DES ZYKLUS	48
TESTS	49
Bowie-Dick-Test.....	49
Vakuumtest	49
Helix-Test	51
Drucker	51
Speicherung der Zyklen auf SD CARD	52
MELDUNGEN	53
ALARME	54
Übersicht über die Alarmcodes	61
WARTUNG	63



ALLGEMEINE HINWEISE	63
Reinigung	63
Filter	64
Kontrollen	64
Sicherungen.....	64
LAGERUNG UND VERSCHROTTUNG	65
Lagerung des Geräts oder längere Außerbetriebnahme.....	65
Demontage, Verschrottung, Entsorgung.....	65
Tabelle Wartungsplan	66
ANHANG 1: GRAFIKEN SPEEDYCLAVE 18	67

Verzeichnis der Geräteteile

- 01: Tablettgriff
- 02: Abflussschlauch Reinwassertank
- 03: Netzkabel
- 04: Tablett
- 05: Messtrichter
- 06: USB Port
- 06A: Simseitiger Serienport
- 07: Verpackungsträger
- 08: Ständer für 5 Tablette oder 3 Kisten
- 09: Kammer
- 10: Reinwassertank
- 12: Sicherheitsventil Kammer
- 12A: Sicherheitsventil Dampferzeuger
- 13: Hauptschalter
- 15: Luftsterilisationsfilter
- 16: Tür
- 17: Sicherheitsthermostat Kammer
- 17A: Sicherheitsthermostat Dampferzeuger
- 18: Klappe
- 19: Gitter
- 20: Ablaufsieb
- 22: Verstellbare Füße
- 23: Hebegurte
- 24: Reinwasser Ablasshahn
- 26: Drucker
- 28: Dichtung Gitter
- 29: Automatische Wasserzufuhr
- 30: Direktablauf
- 31: Kammerdichtung
- 32: Sicherungen
- 47: Dampferzeuger

Teilezeichnung





EINLEITUNG

LIEFERBEDINGUNGEN

COMINOX erklärt, dass der Sterilisator den Rechtsvorschriften der EWG-Mitgliedstaaten entspricht und stellt die beigefügte KONFORMITÄTSERKLÄRUNG aus.

COMINOX verpflichtet sich, eventuelle Fabrikationsfehler zu beheben, die **innerhalb von 24 Monaten** nach Installation des Sterilisators auftreten (siehe Garantieschein). Auf die *Kammer 09* wird eine Garantie von 10 Jahren gewährt.

Der Kunde ist verpflichtet, ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden und sie bestimmungsgemäß einzusetzen.

Für Handelsteile haften die jeweiligen Hersteller.

COMINOX haftet nicht für Fehler oder Funktionsstörungen, die auf bestimmungswidrigen Gebrauch des Sterilisators, auf transportbedingte Veränderungen oder besondere Umgebungsbedingungen, auf unterlassene oder fehlerhafte Wartung, auf Manipulationen oder unsachgemäße Reparaturen zurückzuführen sind.

COMINOX übernimmt keine Haftung, falls die Hinweise zur korrekten Installation nicht beachtet werden oder falls die Installation nicht durch qualifiziertes Personal durchgeführt wird.

COMINOX übernimmt KEINE Verantwortung für die Entsorgung der Materialien, die für Transport und Betrieb des Sterilisators oder für die Produktion benötigt werden: Verpackungen, Abwasser, Schmiermittel usw.; der Kunde ist also verpflichtet, selbst für die ordnungsgemäße Entsorgung dieser potenziell umweltschädlichen Stoffe zu sorgen und dabei die örtlichen Vorschriften zu beachten.

Diese Vorsichtsmaßnahmen sind auch bei einer Verschrottung des Sterilisators zu beachten.

ZWECK DES DOKUMENTS

Die vorliegende Bedienungs- und Wartungsanleitung soll

- den Bediener mit der richtigen Vorgehensweise bei der Installation des Sterilisators vertraut machen;
- die verschiedenen Funktionen des SterilClave-Geräts erläutern;
- eine optimale Nutzung des Sterilisators ermöglichen;
- ein sicheres Arbeiten gewährleisten;
- die Arbeiten beschreiben, die für die sachgerechte Wartung des Sterilisators durchzuführen sind.

LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang jedes Sterilisators umfasst neben der vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung den Garantieschein und die EG-Konformitätserklärung.

Darüber hinaus ist im Lieferumfang von SterilClave 18 Cominox folgendes Zubehör enthalten:

	N°	SPEEDYCLAVE 18
<i>Tablettriff 01</i>	1	•
<i>Abflussschlauch 02</i>	1	•
<i>Dichtung Gitter 28</i>	1	•
<i>Netzkabel 03</i>	1	•
<i>Tablets 04</i>	3	•
<i>Verpackungsträger 07</i>	1	optional
<i>Ständer für 5 Tablette oder 3 Kisten 08</i>	1	•
<i>Trichter 05</i>	1	•
<i>USB Port 06</i>	1	•
<i>Drucker 26</i>	1	optional
<i>Automatische Wasserzufuhr 29</i>	1	•
<i>Direktablauf 30</i>	1	•

- Standardlieferumfang

ANWENDUNGSBEREICH

Der Sterilisator und seine Komponenten dürfen nur für die im Folgenden beschriebenen Zwecke verwendet werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Sterilisators ist die

STERILISATION
von AUTOKLAVIERBAREN CHIRURGISCHEN, DIAGNOSTISCHEN
oder MEDIZINISCHEN INSTRUMENTEN
zum Beispiel SCHEREN, SKALPELLE, MULL, GEWEBE usw.

Das Sterilisiergut kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen: rostfreies Metall, Glas, Gummi, Kunststoff, Baumwolle, Textilgewebe usw.



Vergewissern Sie sich, dass die Temperaturbeständigkeit des Sterilisiergutes über der Temperatur des eingestellten Sterilisationszyklus liegt.

*Beachten Sie die vorgeschriebenen Verwendungsbedingungen; **COMINOX** garantiert für die Maximaltemperatur in der Kammer **09** folgenden Wert: PROGRAMMIERTE STERILISIERUNGSTEMPERATUR -0 °C/+4 °C (Wie vorausgesehen nach EN 13060).*

Nach EN 13060 wird das Sterilisiergut je nach seiner Beschaffenheit in verschiedene Arten unterteilt: massive Instrumente (z. B. Skalpelle), Hohlkörper des Typs A oder B (z. B. chirurgische Absaugkanülen) und poröse Materialien (z. B. Gewebe und Mull). Diese Unterscheidung ist maßgeblich für die Auswahl des entsprechenden Sterilisationszyklus (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut). Halten Sie sich immer genau an die Sterilisationshinweise und -empfehlungen der Hersteller der zu sterilisierenden Produkte.



*Die zu sterilisierenden Instrumente oder Gewebe **MÜSSEN** zuvor gründlich gewaschen, mit klarem Wasser ohne Zusätze abgespült und anschließend getrocknet werden; auch das Gestell für das Sterilisiergut muss ganz trocken sein.*

Beachten Sie die Angaben zum Höchstgewicht der Charge (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut).

Benutzen Sie zum Beladen immer das von **COMINOX** mitgelieferte Gestellsystem (siehe Vorbereitung des Sterilisiergutes); bei Verwendung anderer als der mitgelieferten Standardgestelle können die in der Typenprüfung getesteten Leistungsmerkmale hinsichtlich Dampfdurchdringung und Trocknung nicht garantiert werden.

Befolgen Sie die Hinweise zur korrekten Verpackung und verwenden Sie ausschließlich Verpackungsmaterialien, die der Norm EN 868 entsprechen.



*Der Sterilisator darf **NICHT** in Räumen betrieben oder installiert werden, in denen Gase oder explosive flüchtige Stoffe auftreten können.*



*Für jeden Zyklus Sterilisation, Einführen einen chemischen Prozesse Indikator mit der Ladung oder in jeder Packung. Es überprüft, ob der Prozess der Sterilisation durch Drehen Farbwerten, wenn die Sterilisation Variablen erreicht werden, insbesondere in Bezug auf Zeit, Temperatur und Sättigung von Dampf. Am Ende des Zyklus, ob der chemischen Prozess Indikatoren zur Überwachung der Leistung des fairen Bedingungen in der Kammer **09** Sterilisation.*

Tabelle Zyklen/Sterilisiergut

	134 SPEEDY HANDSTÜ.	134 SPEEDY 1 Kg	134 SPEEDY 2.5 Kg	134 STANDARD B	121 SOFT B	134 PRIONEN	BOWIE & DICK TEST	VAKUUM TEST
Typ nach EN 13060	S1	S2	S2	B	B	B		
Temperatur (°C)	134	134	134	134	121	134	134	-
Druck (bar)	3,1	3,1	3,1	3,1	2,1	3,1	3,1	-
Dauer Sterilisationsphase	4'	4'	4'	4'	15'	18'	3,5'	-
Trocknung	3'	9'	15'	20'	20'	20'	4'	nein
Gesamtdauer (Min.)	20' - 23'	25' - 28'	30' - 35'	35' - 40'	50' - 55'	55' - 60'	25'	20'
Sterilisiergut:								
massiv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Kammer leer	Kammer leer
porös	nein	nein	nein	ja	ja	ja		
Hohlk. A	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Hohlk. B	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Verpackung:								
unverpackt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Kammer leer	Kammer leer
einf. verpackt	nein	ja	ja	ja	ja	ja		
dopp. verpackt	nein	nein	nein	ja	ja	ja		
Maximales Gewicht der Charge (massiv/hohl - porös)	1 Kg	1 Kg	2,5 Kg	2,5 - 1,5 Kg	2,5 - 1,5 Kg	2,5 - 1,5 Kg	-	-

ANMERKUNGEN

ZYKLUS S1: Zyklus für die Sterilisation von massiven Instrumenten und Hohlkörper des Typs A, nur unverpackt.

ZYKLUS S2: Zyklus für die Sterilisation von massiven Instrumenten und Hohlkörper des Typs A, verpackt oder unverpackt.

ZYKLUS B: Zyklus für die Sterilisation von massiven Instrumenten, porösem Material und Hohlkörpern des Typs A und des Typs B, verpackt oder unverpackt, auch mit Doppelverpackung.

HOHLKÖRPER DES TYP A: Instrumente mit einem einseitig offenem Hohlraum, bei denen das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser des Hohlraums größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 750 ist ($1 \leq L/D \leq 750$) und die Länge des Hohlraums höchstens 1500 mm beträgt ($L \leq 1500$ mm), oder Instrumente mit einem beidseitig offenen Hohlraum, bei denen das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser des Hohlraums größer oder gleich 2 und kleiner oder gleich 1500 ist ($2 \leq L/D \leq 1500$) und die Länge des Hohlraums höchstens 3000 mm beträgt ($L \leq 3000$ mm).

HOHLKÖRPER DES TYP B: Instrumente mit einem einseitig offenem Hohlraum, bei denen das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser des Hohlraums größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 5 ist ($1 \leq L/D \leq 5$) und der Durchmesser des Hohlraums mindestens 5 mm beträgt ($D \geq 5$ mm), oder Instrumente mit einem beidseitig offenen Hohlraum, bei denen das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser des Hohlraums größer oder gleich 2 und

kleiner oder gleich 10 ist ($2 \leq L/D \leq 10$) und der Durchmesser des Hohlraums mindestens 5 mm beträgt ($D \geq 5$ mm).

MAXIMALES GEWICHT DER CHARGE: ist das maximal zulässige Gewicht für die verschiedenen Sterilisiergüter einschließlich Gestellsystem und Verpackung.

GESAMTDAUER MAX.: ist die Gesamtzeit, die der Sterilisator für einen vollständigen Zyklus benötigt, und zwar bei Kaltstart (Raumtemperatur) und maximaler Beladung.

GESAMTDAUER MIN.: ist die Gesamtzeit, die der Sterilisator für einen vollständigen Zyklus benötigt, und zwar bei Warmstart (Folgezyklus) und minimaler Beladung (nur Gestell).

TECHNISCHE MERKMALE

Tabelle technische Merkmale

	Maßeinheit	SPEEDYCLAVE 18
Dampferzeugung		unabhängiger Erzeuger
Fassungsvermögen Kammer	l	17,15
Fassungsvermögen Reinwassertank	l	2,1
Wasserverbrauch pro Zyklus (Min. - Max.)	cm ³	400 - 1000
Maximaler Durchsatz am Ablauf (direkt)	cm ³	400
Maximale Temperatur am Ablauf (direkt)	cm ³ /s	30
(Maximaler) Betriebsdruck absolut	°C	83
Dampferzeugung	kPa	331
Spannung und Frequenz der Stromversorgung	V - Hz	230 – 50/60 (Einphasen - Wechselstrom)
Maximal zulässige Spannungsschwankungen	%	±10
Maximale Leistungsaufnahme	W	3500
Wärmeabgabe	J/h	0,3
Geräuschpegel am Arbeitsplatz in geeigneter Umgebung (Mittelwert-Spitzenwert)	dB(A) - dB(C)	55,7 - 62,7
Gewicht (Masse)	kg	51
Gewicht pro Flächeneinheit der Stellfläche bei vollem Tank und maximaler Beladung	kg/cm ²	1,2
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	da 15 a 40
Maximal zulässige relative Feuchtigkeit	%	85
Maximal zulässige Höhe über NN mit Standard-Sicherheitsventil	m s.l.m.	1500 (2000 nach Austausch des Ventils)
Maximale Impedanz	Ω	0,139+j0,087

RICHTLINIEN UND BEZUGSNORMEN

Die SterilClave-Sterilisatoren wurden in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen entwickelt:

Richtlinien

97/23/EG Druckgeräte

93/42/EWG Medizinprodukte (Klasse IIb) (und spätere Aktualisierungen)

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit (und spätere Aktualisierungen)

2006/95/EG Niederspannung

Normen

EN 13060:2005 Dampf-Klein-Sterilisatoren

EN 61010-1:2001 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61010-2-040:2005 Besondere Anforderungen an Sterilisatoren für die Behandlung medizinischen Materials

EN 61326-1:2007 EMV-Anforderungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

ABMESSUNGEN**Außenmaße**

Breite	445
Höhe	390
Tiefe	670
Tiefe des Geräts bei geöffneter Tür	900

Einbaumaße

Breite	450
Höhe	395
Tiefe	560



Stellen Sie das Gerät NICHT auf weiche Oberflächen (z. B. Tücher oder Schaumgummi), und montieren Sie die Füße nicht ab.

Lassen Sie für die rückseitige Belüftung einen Zwischenraum von ca. 20 mm; falls das Gerät in ein Möbel eingebaut wird, sind zwischen Möbel und Wand weitere 20 mm erforderlich. In diesem Fall muss das Möbel auf der Rückseite eine entsprechende Lüftungsöffnung aufweisen (s. Abb.).

Abmessungen Nutzraum

Breite	185
Höhe	150
Tiefe	285

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Schalten Sie den *Hauptschalter 13* des Sterilisators aus und ziehen Sie das *Netzkabel 03*, bevor Sie Arbeiten durchführen, die nicht Bestandteil des normalen Betriebszyklus sind.
- Das Stromnetz muss geerdet sein.
- Die Bediener müssen über den sachgerechten Umgang informiert sein. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass sie die technischen Informationen lesen und befolgen, die in diesem Handbuch und der beigefügten Dokumentation enthalten sind. Der Einsatz von NICHT qualifiziertem Personal ist strengstens untersagt.
- Das Personal, das den Sterilisator bedient, muss immer die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen: Handschuhe für spitze oder scharfe Gegenstände und heiße Teile sowie den Tablettgriff zur Entnahme des Sterilguts.
- Führen Sie keine unsachgemäßen Reparaturen durch: Für Reparaturen sind ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden, die von einem autorisierten Techniker eingebaut werden müssen.
- Entfernen oder demontieren Sie keine Teile des Sterilisators. Nur autorisiertes und zuvor von **COMINOX** geschultes Personal darf den äußeren Schutzdeckel abnehmen, um an die innenliegenden Teile zu gelangen.
- Die Geräteschilder dürfen keinesfalls entfernt, beschädigt oder verschmutzt werden; sie müssen immer sauber gehalten werden und gut sichtbar sein.
- Im Falle einer Funktionsstörung darf der Sterilisator nicht mehr verwendet werden.
- Zur Reinigung des Sterilisators sind geeignete Reinigungsmittel zu verwenden, die die Gerätekomponten nicht angreifen; ein Reinigen oder Abspritzen des Sterilisators mit Wasserstrahl ist streng verboten.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf den Sterilisator oder darüber befindliche Regale; auslaufende Flüssigkeit kann in die elektrische Anlage gelangen und einen Kurzschluss verursachen.
- Führen Sie keine entzündlichen oder giftigen Stoffe und Sterilisationsmittel in die *Kammer 09* ein.
- Benutzen Sie den Sterilisator nicht zur Behandlung von (versiegelten oder unversiegelten) Behältern, die Flüssigkeiten enthalten.
- Lehnen Sie sich nicht gegen die *Tür 16*.

Die Angaben dieses Handbuchs ersetzen weder die auf dem Produkt selbst angebrachten Sicherheitshinweise und technischen Daten für Installation und Betrieb noch die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften und die Regeln des gesunden Menschenverstands.

Gefahr durch Hitze

Die inneren Teile der *Tür 16* und der *Kammer 09* können hohe Temperaturen erreichen.



Dieses Symbol zeigt die Maschinenteile an, die hohen Temperaturen erreichen könnten. Achten Sie darauf, wenn Sie neben diesen Teilen arbeiten!

Fassen Sie heiße Oberflächen erst nach Abkühlung und nur mit geeigneten Schutzhandschuhen an. Dies gilt auch für die Entnahme des Sterilguts aus der Sterilisierkammer. Benutzen Sie zur Entnahme der *Tabletts 04* mit dem Sterilgut immer den *Tablettgriff 01*. Lassen Sie den Tablettgriff nicht in der Sterilisierkammer.



Beim Öffnen der Tür **16** kann heißer Dampf austreten. Vorsicht Verbrühungsgefahr! **Halten Sie sich nicht vor oder über der Tür auf!**

Die Temperatur in der Sterilisierkammer wird von einem *Sicherheitsthermostaten 17* überwacht, der bei Überhitzung anspricht. Der Sicherheitsthermostat muss von Hand zurückgesetzt werden.

Geräusentwicklung

Der am Arbeitsplatz in geeigneter Umgebung gemessene Schalldruckpegel (*Geräuschpegel*) liegt unter 70dB(A).

Umgebungsbedingungen und -risiken

Der Sterilisator darf nicht im Freien oder unter ungünstigen Umgebungsbedingungen (Sonne, Regen, Schnee, Wind) aufgestellt werden.



Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass der Aufstellungsort frei von elektromagnetischen Störungen ist, die den Betrieb elektronischer Geräte beeinträchtigen könnten.



Das Standardgerät ist nicht für den Betrieb in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen ausgerüstet.

COMINOX übernimmt keine Verantwortung für die Entsorgung von Materialien, die für den Betrieb des Sterilisators oder für die Produktion benötigt werden (z. B. **Kunststoffverpackungen oder potenziell infektiöses Abwasser ...**); die fachgerechte Entsorgung dieser potenziell umweltschädlichen Stoffe gemäß den örtlichen Vorschriften ist vom Kunden selbst sicherzustellen.

Diese Vorsichtsmaßnahmen sind auch bei einer Verschrottung des Sterilisators zu beachten.

Der Sterilisator wurde nach dem Stand der Technik zur Energieeinsparung entwickelt, um Energieverschwendung und unnötige Verluste zu vermeiden.

Tabelle Restrisiken

RISIKOANALYSE UND BESCHREIBUNG	EMPFOHLENE ABHILFE
Perdite o trafileamenti con pericolo di scivolamento, cortocircuito o inquinamento.	Die Arbeitsumgebung sauber halten bzw. reinigen.
Scarico di acqua inquinata da virus, batteri o microrganismi patogeni.	Fachgerechte Entsorgung.
Esalazioni di vapore acqueo e/o gas all'apertura del <i>portello 16</i> .	Immer darauf achten, dass das Sterilisiergut für die Temperaturen des Zyklus geeignet ist, und die Tür immer vorsichtig öffnen.
Superfici in temperatura in particolare nella <i>camera 09</i> di sterilizzazione e su alcune elettrovalvole o componenti interni.	Schutzhandschuhe tragen und/oder interne Komponenten nur nach AUTORISIERUNG berühren.

Die Kammer ist auch bei ausgeschaltetem Gerät hermetisch dicht, so dass tierische oder pflanzliche Organismen in ihrem Innern nicht überleben können.	Keine pflanzlichen oder tierischen Organismen in die Kammer einführen.
Eine unzureichende Reinigung oder starke Abnutzung der Schilder und/oder Bedien- und Anzeigeelemente kann zu Fehlern führen und dadurch Gefahren verursachen.	Bedien- und Anzeigeelemente und Schilder sorgfältig mit geeigneten Mitteln reinigen.
Unzureichende Schulung des Personals.	Nachschulung bei COMINOX .

TRANSPORT UND VERPACKUNG

Während des Transports ist der Sterilisator durch eine Kartonverpackung geschützt. Hebe- und Transportarbeiten müssen durch sachkundiges Personal ausgeführt werden. Abmessungen und Gewichte sind im Kap. ABMESSUNGEN und in der Tabelle Technische Merkmale angegeben.



*Die Lastaufnahmeeinrichtungen dürfen den Sterilisator nicht beschädigen und seine Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen.
Zum Anheben des verpackten Sterilisators sind die Anschlagmittel an der für diesen Zweck vorgesehenen Palette zu befestigen und ausschließlich Gabelstapler zu verwenden.*

Der Transport des Sterilisators, insbesondere auf der Straße, muss mit geeigneten Mitteln und in einer Weise durchgeführt werden, dass die Komponenten (vor allem die Elektronik) vor heftigen Stößen, Feuchtigkeit, Vibrationen usw. geschützt sind.



*Ein eventueller Transport darf nur erfolgen, nachdem der Reinwassertank **10** vollkommen geleert wurde.*

COMINOX nimmt keine Sterilisatoren mit vollen Tanks zur Reparatur an (siehe Kap. MANUELLE TANKENTLEERUNG).

Für den Transport und/oder das Anheben von schweren Komponenten oder Ausrüstungsteilen (Gewicht über 30 kg) sind entsprechende Lastaufnahmeeinrichtungen zu benutzen.

Beim Heben von Hand muss das Gerät von mindestens zwei Personen an den mitgelieferten *Hebegurten 23* und in der korrekten Körperhaltung angehoben werden.



*Zum Anheben oder Versetzen des Sterilisators dürfen weder die Tür **16** noch andere Kunststoffteile als Griff benutzt werden.*

Auspacken und Reinigen der Komponenten



Achtung: Unachtsamer Umgang mit Verpackungsmaterialien (Holz, Nägel, Papier, Cellophan, Metallstifte, Klebeband, Zurrgurte, Seile usw.) kann zu Schnittwunden und/oder anderen Verletzungen führen.

Verpackungsmaterialien sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen und dürfen nicht in die Hände von Unbefugten (z. B. Kindern) gelangen; dies gilt auch für die Werkzeuge, die zum Entfernen der Verpackung benutzt werden (Scheren, Hämmer, Zangen, Messer usw.). Die Verpackungsbestandteile sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen.

Dabei empfiehlt es sich, sowohl die Verpackung als auch die *Hebegurte 23* für zukünftige Verwendung aufzubewahren.

Nach Öffnen der Verpackung sind zunächst alle Teile und Komponenten des Sterilisators auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand zu überprüfen (siehe LIEFERBEDINGUNGEN). Öffnen Sie dazu die *Tür 16*, und nehmen Sie mitgelieferten Teile heraus (siehe BETRIEB).



*Falls Sie Mängel oder Beschädigungen feststellen, sollten Sie die Ware nicht weiter auspacken, sondern das Transportunternehmen ansprechen und umgehend **COMINOX** informieren.*

Der Lastträger und die Außenflächen des Sterilisators sind manchmal durch eine Kunststoffolie geschützt, die vor Inbetriebnahme entfernt werden muss.

Lagerung

Sollte der Sterilisator nicht sofort benutzt oder wieder vom Installationsort entfernt werden, muss er geschützt an einem trockenen Ort gelagert werden.

Falls das Gerät in Cellophanfolie eingepackt werden soll, muss Silicagel oder ein anderes Trockenmittel in die Verpackung gegeben werden.



Auf die Geräteverpackung dürfen keine anderen Gegenstände gestellt werden, insbesondere keine konzentrierten Lasten mit Füßen oder vorstehenden Schrauben.

Umgebungsbedingungen für die Lagerung:

- Temperatur bei leeren Geräten -25 °C + 40 °C;
- relative Feuchte max. 90%.

INSTALLATION

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Installation des Sterilisators wird in Abhängigkeit von den Kundenanforderungen und den Bedingungen am Installationsort durchgeführt; deshalb ist es erforderlich, dass der Kunde **COMINOX** gegebenenfalls ausreichend über besondere Gegebenheiten (Umgebungsbedingungen, räumliche oder Einbaubeschränkungen usw.) informiert.



Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, und zwar unter Beachtung der Angaben des vorliegenden Handbuchs und der Zeichnungen und technischen Unterlagen.

Im Allgemeinen sind folgende Kontrollen erforderlich:

- Überprüfung der Einhaltung der Umgebungsbedingungen (keine explosionsfähige Atmosphäre, keine übermäßige Lüftung oder zu hohe Feuchtigkeit);
- Kontrolle, dass das Gerät keinen Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Wind usw. ausgesetzt ist;
- Kontrolle der Netzspannung auf Übereinstimmung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert;
- Kontrolle der Steckdose auf korrekte Erdung.



Schließen Sie elektromagnetische Störungen aus, die den ordnungsgemäßen Betrieb elektronischer Geräte beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen könnten.

Vorbereitung

Der Sterilisator ist in einem Labor bzw. einer Arzt- oder Zahnarztpraxis in einem Raum zu installieren, zu dem nur **befugtes Personal** Zutritt hat.

DIE INSTALLATION IST NICHT ZULÄSSIG:

- in der Nähe von Wärmequellen;
- in Räumen mit flüchtigen explosiven Stoffen;
- unter oder über anderen spannungsführenden Geräten;
- in für den Einbau ungeeigneten Möbeln;
- ohne die dazugehörigen verstellbaren Füße;
- in häuslicher Umgebung oder in Räumen, die unerfahrenem Personal zugänglich sind;
- auf entflammaren, weichen oder instabilen Oberflächen oder solchen mit Rädern/Rollen.

Stellen Sie den Sterilisator am Installationsort auf eine feste, ebene und exakt waagrechte Fläche.

Bei der ersten Installation (oder falls das Gerät vom Installationsort entfernt wurde) sind folgende Schritte erforderlich:

- Setzen Sie den Sterilisator an der Stelle ab, wo er installiert werden soll, und bewegen Sie ihn danach nicht mehr.
- die Tür **16** öffnen und die Kammer **09** entleeren;
- das Gitter **19** beim Lockern der Schraube entfernen;
- den Ständer für die Tablette **08** entfernen;
- das Ablaufsieb **20** entfernen und den mitgelieferten Prüfschlauch **27** in das Loch einstecken. Das Ablaufsieb befindet sich im Zentrum in dem hintersten Teil der Kammer;

- **60 cc** destilliertes oder demineralisiertes Wasser (siehe *Tabelle Speisewasser*) in den hintersten Teil der Kammer verwenden;
- das eingegossene Wasser kann nicht durch das Loch durchgehen und so es wird außer der Kammer abgelassen. Das Wasser soll nicht aus der Kammer ausströmen und wenn der Stand richtig ist, soll das gemessene und ganz eingegossene Gitter **19** berühren;
- ob der Stand nicht richtig ist, die Füße **22** nach dem Lockern der Muttern regulieren;
- die Füße heben, ob das Wasser neigt, auszuströmen oder gegenfalls die Füße senken;
- nach der Erreichung des richtigen Stands die Muttern der verstellbaren Füße **22** befestigen, das Wasser mittels eines Schwamms beseitigen und die Kammer trocknen;



ACHTUNG: NIE DIE FÜßE ENTFERNEN

Den Raum unter dem Sterilisator nicht verstopfen.

- den Prüfschlauch **27** entfernen und das Ablaufsieb **20** wieder positionieren;
- den Ständer für Tablette **08** und das Gitter **19** einstecken und es mittels der geeigneten Schraube befestigen. Bitte achten Sie auf die Dichtung des Gitters **28**.

ANSCHLÜSSE

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss an die Stromversorgung besteht lediglich darin, den Sterilisator über den Netzkabel **03** mit einer geeigneten Steckdose zu verbinden (siehe ALLGEMEINE HINWEISE und Tabelle Technische Merkmale).



ACHTUNG: Den Stecker des Netzkabels **03**, der an dem Stromnetz verbunden ist, soll leicht erreichbar.

Wasseranschluss

Mit dieser installierten Option wird der Stillstand der Maschine zum Auffüllen des *Reinwassertanks* **10** vermieden

1) Automatische Wasserzufuhr

Die automatische Wasserzufuhr kann nach zwei Modalitäten ausgeführt werden:

A) AUS EINEM EXTERNEM KANISTER (maximaler Höhenunterschied 1 m): Der Schlauch für die *automatische Wasserzufuhr* **29** kann direkt an einen handelsüblichen Kanister mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser oder auch an einen Kanister mit destilliertem Wasser, das von einem Cominox-Destilliersystem (Discom) produziert wird, angeschlossen werden.

B) VON WASSERLEITUNG: der Schlauch für die *automatische Wasserzufuhr* **29** kann direkt an ein Wasseraufbereitungssystem Cominox SpeedyWater oder OsmyWater angeschlossen werden.

Für beide Konfigurationen, **A** und **B**, muss im Menü Grundeinstellungen die Option Autom. Befüllung aktiviert sein; bei der Konfiguration **B** muss die Installation durch einen Fachmann erfolgen.

Vergewissern Sie sich, dass die Wasserqualität den Vorgaben der Tabelle Speisewasser entspricht.

2) Direktablauf

Schließen Sie den Schlauch mit der Schnellkupplung mit Außengewinde an den Innengewindeanschluss des *Direktablaufs 30* an, nachdem Sie das andere Schlauchende in einen geeigneten Abfluss geführt haben.

Nachdem Sie den Schlauch verbunden haben, beginnt das Wasser abzufließen.



ACHTUNG: Die Flüssigkeit kann bis zu 80 °C heiß und möglicherweise infiziert sein.
Die Flüssigkeit ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Tabelle Speisewasser

	Speisewasser
Abdampfrückstand	≤ 10 mg/l
Siliciumdioxid SiO ₂	≤ 1 mg/l
Eisen	≤ 0,2 mg/l
Cadmium	≤ 0,005 mg/l
Blei	≤ 0,05 mg/l
Sonstige Schwermetalle (außer Eisen, Cadmium, Blei)	≤ 0,1 mg/l
Chloride	≤ 2 mg/l
Phosphate	≤ 0,5 mg/l
Leitfähigkeit (bei 20 °C)	≤ 15 µS/cm
Säuregehalt pH	Da 5 a 7
Aussehen	arbeitslos, klar, ohne Ablagerungen
Härte	≤ 0,02 mmol/l

MANUELLES BEFÜLLEN DES REINWASSERTANKS

Im Notfall können Sie den *Reinwassertank 10* manuell befüllen.

Schrauben Sie den Verschluss des *Einfüllstutzens 14* ab, führen Sie den mitgelieferten *Messtrichter 05* ein und füllen Sie geeignetes destilliertes oder entmineralisiertes Wasser nach (Mengenangaben siehe *Tabelle Speisewasser* und *Tabelle Technische Merkmale*).

Wenn der Tank bei eingeschaltetem Gerät, im Stand-by-Modus, befüllt wird, kann man den Füllstand auf dem Display anhand der Meldungen MIN. WASSERSTAND und MAX. WASSERSTAND kontrollieren; sobald der Tank voll ist, ertönt ein akustisches Signal (3 Sekunden), und es erscheint die Meldung MAX. WASSERSTAND.

Der Tank muss aufgefüllt werden, sobald auf dem Display die Meldung MIN. WASSERSTAND erscheint.

Um höchste Unabhängigkeit zu erzielen, muss der Tank vollkommen aufgefüllt werden, bis die Signalisierung MAX. WASSERSTAND erfolgt.

MANUELLES ABLASSEN DES REINWASSERTANKS

Der *Reinwasser-Ablashahn 24* dient dazu, den *Reinwassertank 10* vor dem Transport oder für Wartungsarbeiten zu entleeren (siehe die Kapitel TRANSPORT und WARTUNG) und ist nur in diesen Fällen zu benutzen.

VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU

Wenn der Sterilisator in Möbel oder Regalsysteme eingebaut werden soll, gelten grundsätzlich ALLE obigen Hinweise für die normale Installation; darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:


- Einhaltung der Einbauabstände (siehe Kap. ABMESSUNGEN);
- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung für die Komponenten;
- Berücksichtigung der *Wärmeabgabe* des Geräts (siehe *Tabelle Technische Merkmale*);
- ausreichender Platz, um die *Tür 16* öffnen zu können;
- Zugänglichkeit für die Durchführung von Wartungsarbeiten;
- den Sterilisator nicht beschädigen;
- ggf. genügend Platz für den Einbau der Armaturen für den Wasseranschluss vorsehen.

BETRIEB


EINSCHALTEN

Zum Einschalten des Sterilisators drücken Sie den *Hauptschalter 13*, der sich hinter der *Klappe 18* befindet.

Der Sterilisator schaltet in den OFF-Zustand:



Durch Betätigen von ON wird die Aufforderung zum Einsetzen der Sicherheitscode *06* eingeblendet:



ACHTUNG: Die Administrator-Code ist 1 voreingestellt.

Mit der Taste ← wird die zuletzt eingegebene Ziffer gelöst oder, wenn keine Ziffern auf dem Display sind, wieder in OFF-Zustand geschaltet.

Nachdem die Sicherheitscode eingegeben wurde, kontrolliert der Sterilisator die Temperatur des *Dampfgenerators 47*: ist diese höher als 80°C, wird der Sterilisator in den STANDBY-Status versetzt. Andernfalls beginnt die Vorbereitung des *Dampfgenerators 47*.

Bevor mit dem Entfernen der Luft aus dem *Dampfgenerator 47* begonnen wird, blendet der Sterilisator folgende Meldung ein, wenn die *Tür 16* geöffnet ist:




Danach beginnt die Vorvakuumphase im *Dampfgenerator 47*:



Während der Vorvakuumphase des *Dampfgenerators 47* kann der Benutzer den Sterilisator nur ausschalten, indem er eine der vier Multifunktionstasten betätigen. Wird im *Dampfgenerator 47* der Vorvakuumdruck erreicht, wird der Sterilisator in den STANDBY-Status versetzt.

STAND BY



Auf dem Display werden aktuelles Datum und Uhrzeit, der gewählte Zyklus, Temperatur und Druck in der Sterilisierkammer sowie etwaige Meldungen angezeigt:



Erwärmen Generator: zeigt das Erwärmen des *Dampfgenerators 47* an. Während des Erwärmens des *Dampfgenerators 47* kann der Benutzer ein Zyklus beim Drücken der START-Taste starten.



Planmäßige Wartung: zeigt an, dass an einer oder mehreren Komponenten planmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.



Startzeitvorwahl: zeigt an, dass für den eingestellten Zyklus eine Startzeit vorgewählt wurde. Der Zyklus startet automatisch zu dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit.



Wasserqualität kontrollieren: wird eingeblendet, wenn die *automatische Wasserzufuhr 29* installiert und aktiviert wurde.

Zeigt an, dass der Leitfähigkeitswert des zugeführten Wassers das optimale Niveau überschreitet, aber noch akzeptabel ist; der Zyklus kann zwar gestartet werden, allerdings empfiehlt es sich, entsprechend den Angaben für den Alarm WASSERQUALITÄT UNZUREICHEND vorzugehen (siehe Kap. ALARME).



Min. Wasserstand: min. Wasserstand im *Reinwassertank 10*.



Vorheizen: der Sterilisator heizt auf; die Meldung zeigt an, dass das externe Heizelement in Betrieb ist. Das Vorheizen wird bei geschlossener Tür aktiviert.



Abkühlpause: zeigt an, dass die Temperatur in der *Kammer 09* nicht für den Start oder die Fortsetzung eines Zyklus geeignet ist.



Max. Wasserstand: max. Wasserstand im *Reinwassertank 10*.

MENÜ

Aus dem Stand-by-Modus kann man mit den vier Multifunktionstasten durch die Menüs navigieren und die zahlreichen SpeedyClave-Funktionen programmieren.


Drückt man im Stand-by-Modus MENU, sind folgende Optionen verfügbar:

1. Zyklus;
2. Grundeinstellungen;
3. Erweiterte Funktionen;
4. Archiv Zyklen;
5. Wartung.



Mit den Pfeiltasten \updownarrow kann man sich durch die Liste bewegen und den gewünschten Eintrag markieren; mit ENTER wird das ausgewählte Menü aufgerufen.

1. Menü Zyklus




Mit den Pfeiltasten $\uparrow\downarrow$ kann man die verschiedenen Zyklen markieren:

1. 134 SPEEDY ENDSTÜCKE: 134 °C-Zyklus für Hohlkörper, unverpackt;
2. 134 SPEEDY 1 Kg: 134 °C-Zyklus für 1Kg-Instrumente, auch Hohlk., verpackt oder unverpackt;
3. 134 SPEEDY 2.5 Kg: 134 °C-Zyklus für 2,5Kg-Instrumente, auch Hohlk., verpackt oder unverpackt;
4. 134 STANDARD B: 134 °C-Zyklus für massive, poröse und hohle Produkte, verpackt oder unverpackt;
5. 121 SOFT B: 121 °C-Zyklus für empfindliche massive, poröse und hohle Produkte, verpackt oder unverpackt;
6. 134 PRIONEN: 134 °C-Zyklus für massive, poröse und hohle Produkte, die mit BSE-Erregern in Berührung gekommen sind, verpackt oder unverpackt;
7. SPEZIAL BENUTZER: benutzerprogrammierbarer Zyklus;
8. BOWIE-DICK-TEST;
9. VAKUUMTEST.

Für jeden Zyklus werden auf dem Display der Zyklustyp (nach EN 13060), das zulässige Sterilisiergut, das maximale Gewicht und die Art der Verpackung angezeigt.

Mit ENTER gelangt man wieder in den Stand-by-Modus, von wo der soeben ausgewählte Zyklus durch Drücken von START gestartet werden kann.

2. Menü Grundeinstellungen



Folgende Grundeinstellungen können geändert werden:

1. Sprache;
2. Datum und Uhrzeit;
3. Tastenton;
4. Autom. Abschaltung;
5. Autom. Befüllung;
6. Drucker;
7. Zyklen speichern;
8. Datenübernahme.

Mit den Pfeiltasten $\uparrow\downarrow$ kann man sich durch die Liste der Einstellungen bewegen; mit ENTER kann der Wert der ausgewählten Einstellung geändert werden.

Mit der Taste \leftarrow gelangt man zurück, ohne die Einstellungen zu ändern.

2.1 Sprache

Mit ENTER wird die Sprache markiert:



Mit den Pfeiltasten $\uparrow\downarrow$ kann man die Sprache ändern; mit ENTER wird die Auswahl bestätigt.

Mit der Taste \leftarrow gelangt man zurück, ohne die Einstellung zu ändern.

2.2 Datum und Uhrzeit

Mit ENTER wird das Datum markiert. Der Wert kann mit den Pfeiltasten $\uparrow\downarrow$ geändert werden; mit ENTER wird die Eingabe bestätigt und das nächste Eingabefeld markiert. Mit der Taste \leftarrow gelangt man zurück, ohne die Einstellung zu ändern.

2.3 Tastenton

Mit ENTER wird der Wert der Einstellung Tastenton (ON/OFF) markiert, der mit den Pfeiltasten ↑↓ geändert werden kann. Mit ENTER wird die Eingabe bestätigt, während man mit der Taste ← zurückgelangt, ohne die Einstellung zu ändern.

2.4 Autom. Abschaltung

Mit ENTER wird der Wert der Einstellung Autom. Abschaltung markiert, die mit den Pfeiltasten ↑↓ auf folgende Werte gesetzt werden kann: 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden oder OFF. Wenn die Funktion Autom. Abschaltung aktiviert ist und während der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet der Sterilisator automatisch auf OFF, um den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

Mit ENTER wird die Eingabe bestätigt, während man mit der Taste ← zurückgelangt, ohne die Einstellung zu ändern.

2.5 Autom. Befüllung

Mit ENTER wird den Wert der Einstellung Autom. Befüllung (von Kanister / von Entmineralisierer / OFF) markiert, der mit den Pfeiltasten ↑↓ geändert werden kann. Mit ENTER wird die Eingabe bestätigt, während man mit der Taste ← zurückgelangt, ohne die Einstellung zu ändern.

2.6 Drucker

Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn der Sterilisator mit einem *Drucker 26* (Option) ausgestattet ist.

Mit ENTER wird der Wert der Einstellung Drucker (OFF / 1 Kopie / 2 Kopien / 3 Kopien) markiert. Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann man den Drucker aktivieren und die Anzahl der Kopien festlegen. Mit ENTER wird die Eingabe bestätigt, während man mit der Taste ← zurückgelangt, ohne die Einstellung zu ändern.

2.7 Zyklen speichern

Mit ENTER wird der Wert der Einstellung Zyklen speichern (ON/OFF) markiert, der mit den Pfeiltasten ↑↓ geändert werden kann. Mit ENTER wird die Eingabe bestätigt, während man mit der Taste ← zurückgelangt, ohne die Einstellung zu ändern.


2.8 Datenübernahme

Mit ENTER wird der Wert der Einstellung Datenübernahme markiert.

Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann der Zeitpunkt der Datenübernahme - jede Minute oder bei Phasenwechsel - ausgewählt werden; der Wert gilt sowohl für den Ausdruck der Daten als auch für die Speicherung der Zyklen im internen Speicher des Sterilisators.

Mit ENTER wird die Eingabe bestätigt, während man mit der Taste ← zurückgelangt, ohne die Einstellung zu ändern.

3. Menü Erweiterte Funktionen



Über dieses Menü kann man die Erweiterten Funktionen aufrufen:


1. Spezialprogramm;
2. Startzeitvorwahl;
3. Berechnung Hohlkörper;
4. Sicherheitscode ändern;
5. Verwaltung SterilCard.

Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann man sich durch die Liste der erweiterten Funktionen bewegen; mit ENTER wird der ausgewählte Eintrag aufgerufen.

Mit der Taste ← gelangt man zurück zur übergeordneten Ebene.

3.1 Spezialprogramm

Der Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn eine für die Programmierung von Spezialzyklen freigeschaltete Benutzer-Sicherheitscode eingesteckt ist.



Mit ENTER können die Parameterwerte des Spezialzyklus geändert werden, und zwar:


- die Sterilisationstemperatur (117 °C bis 134 °C);
- die Sterilisationsdauer, die maximal 30 Minuten betragen kann, während die Minstdauer von der eingestellten Temperatur abhängig ist;
- die Anzahl der Peaks für das fraktionierte Vakuum (0 bis 3);
- die Trocknungszeit (0 bis 30 Minuten).

Der Parameterwert kann mit den Pfeiltasten ↑↓ geändert werden; mit ENTER wird die Eingabe bestätigt und der nächste Parameter angewählt.

Mit der Taste ← gelangt man zurück, ohne den Parameterwert zu ändern.

Der Spezialzyklus ist eine Alternative zu den Standardzyklen, die in der Tabelle Zyklen/Sterilisiergut beschrieben sind, und kann je nach den spezifischen Anforderungen für die Sterilisation von Instrumenten oder besonderem Ladegut programmiert werden. Der Spezialzyklus ist nicht durch die technischen Anforderungen der Norm EN 13060 abgedeckt, auf deren Spezifikationen die **COMINOX**-Autoklaven basieren; deshalb darf der Spezialzyklus nur von qualifiziertem Laborpersonal benutzt werden. Diese Mitarbeiter müssen, nachdem ihnen vom Administrator die entsprechende Berechtigung erteilt wurde, für jeden programmierten Spezialzyklus eine Validierung (z. B. nach EN 554) mit einer spezifischen Referenzcharge durchführen.

3.2 Startzeitvorwahl



Mit ENTER wird der zu startende Zyklus selektiert; die Pfeiltasten \updownarrow ermöglichen die Auswahl zwischen:

- 134 SPEEDY ENDSTÜCKE;
- 134 SPEEDY 1 Kg;
- 134 SPEEDY 2.5 Kg;
- 134 STANDARD B;
- 121 SOFT B;
- 134 PRIONEN;
- SPEZIAL BENUTZER;
- BOWIE-DICK-TEST;
- VAKUUMTEST;
- VAKUUM+B&D-TEST.

Der Zyklus VAKUUM+B&D-TEST beinhaltet den Vakuumtest mit anschließendem Bowie-Dick-Test, eine Pause von 5 Minuten zwischen den beiden Zyklen und eine Vorheizphase, um den Sterilisator auf den Bowie-Dick-Test vorzubereiten.

Mit der Taste \leftarrow gelangt man zurück, ohne eine Zyklusstartzeit zu programmieren.

Nach Auswahl des Zyklus und Bestätigung mit ENTER wird das Datum markiert, das mit den Pfeiltasten \updownarrow geändert werden kann. Nach Bestätigung der Eingabe mit ENTER wird das nächste Eingabefeld markiert.

Nachdem Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben wurden, kontrollieren, ob die *Tür 16* geschlossen und der *Reinwassertank 10* voll ist. Falls eine dieser Arbeiten nicht durchgeführt wurde, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display.

Nach Drücken von ENTER schaltet das Gerät wieder in den Stand-by-Modus, und auf dem Display wird die eingestellte Startzeit angezeigt:




Zur eingestellten Zeit startet das Gerät automatisch den gewählten Zyklus.
Mit ABBRECHEN wird die Startzeitvorwahl gelöscht, der Sterilisator geht wieder in den Stand-by-Modus.


3.3 Berechnung Hohlkörper

Diese Funktion ermöglicht die automatische Bestimmung der Art des Sterilisiergutes (Hohlkörper A, Hohlkörper B oder massiv), sobald Länge und Durchmesser des Hohlraums (in Millimetern) und die Anzahl der offenen Enden eingegeben wurden.

Mit ENTER wird der Wert im ersten Eingabefeld markiert:




Der Wert kann mit den Pfeiltasten \uparrow / \downarrow geändert werden; mit ENTER wird die Eingabe bestätigt und das nächste Eingabefeld markiert. Nach Eingabe der Anzahl der offenen Enden und Bestätigung mit ENTER wird auf dem Display die Art des Sterilisiergutes angezeigt.



Mit der Taste ← gelangt man zurück zur übergeordneten Ebene.

3.4 Verwaltung codes




Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Administrator-Code eingesteckt ist.
Für den Code sind folgende Verwaltungsfunktionen vorgesehen:

1. Benutzer erzeugen;
2. Benutzer löschen;

3.4.1 Benutzer erzeugen


Die Funktion ermöglicht den Sicherheitscode und das Profil eines neuen Benutzers zu erzeugen

Mit ENTER wird die Eingabeseite für den neuen Benutzernamen aufgerufen (es handelt um einen Binärcode von maximalen 6 Ziffern):



Mit der Taste ← wird die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht oder, wenn keine Ziffern auf dem Display sind, wieder in den OFF-Zustand geschaltet.

Nach der Eingabe des Sicherheitscodes, mit ENTER wird die Eingabeseite für den neuen Benutzernamen aufgerufen:



Mit den Tasten <> kann man auf der Tastatur den gewünschten Buchstaben auswählen, der dann mit ENTER bestätigt werden muss. Nach Eingabe des Namens, Anwahl von ENDE und Bestätigung des Benutzernamens mit ENTER gelangt man auf die Folgeseite zur Auswahl der Zyklen:

10/04/07	14.08.55				
ZYKLEN AUSWÄHLEN					
121 UNVERPACKT N	<input checked="" type="checkbox"/>				
134 UNVERPACKT N	<input type="checkbox"/>				
134 VERPACKT S1	ON				
121 HOHL/PORÖS B	ON				
134 HOHL/PORÖS B	ON				
134 PRIONEN B	ON				
SPEZIAL BENUTZER	ON				
<table border="1"> <tr> <td>←</td> <td></td> <td>↓</td> <td>ENTER</td> </tr> </table>		←		↓	ENTER
←		↓	ENTER		

Für den ersten Zyklus ist die Option ON/OFF markiert, die mit den Pfeiltasten ↑↓ geändert werden kann. Die auf ON gesetzten Zyklen werden in das neue Benutzerprofil aufgenommen.

Mit ENTER wird die Einstellung bestätigt und der nächste Zyklus angewählt.

Wenn der Spezial Benutzer auf ON gesetzt wird, erscheint die Seite zur Eingabe der Parameterwerte für den Spezialzyklus:


10/04/07	14.09.26				
ZYKLUS EINSTELLEN					
SPEZIAL BENUTZER					
Temper.	<input checked="" type="checkbox"/> 117.0 °C				
Zeit	23 min				
Anz. Peaks	3				
Trockn.	30 min				
Benutzerprog.	ON				
<table border="1"> <tr> <td>←</td> <td>↑</td> <td></td> <td>ENTER</td> </tr> </table>		←	↑		ENTER
←	↑		ENTER		

Für den ersten Zyklus ist die Option ON/OFF markiert, die mit den Pfeiltasten ↑↓ geändert werden kann. Die auf ON gesetzten Zyklen werden in das neue Benutzerprofil aufgenommen.

Mit ENTER wird die Einstellung bestätigt und der Benutzer-Code gespeichert und ob der *Drucker 26* (optional) installiert ist, kann der neue Benutzer-Code gedruckt werden.


3.4.2 Benutzer löschen

Mit ENTER wird die Liste der Benutzer mit den eigenen Zugangscode eingeblendet:



Mit den Pfeilentasten \updownarrow kann man sich durch die Liste bewegen und den zu löschenden Benutzer auswählen.

Mit ENTER wird die Bildschirmseite eingeblendet:




Beim Drücken JA, wird den Code und das Profil des Benutzers gelöscht und die vorherige Bildschirmseite angezeigt.

Beim Drücken NEIN, wird die vorherige Bildschirmseite angezeigt, ohne daß der Code und das Profil des Benutzers gelöscht werden.

4. Menü Archiv Zyklen

Mit ENTER wird die folgende Bildschirmseite eingeblendet:




4.1 BACK UP

Beim Auswahl dieser Funktion werden die im internen Speicher des Geräts gespeicherten Daten auf den eingesteckten USB-Speicher übertragen.

Der Benutzer kann die Daten auswählen, die er auf den USB-Speicher übertragen möchte: die in dem letzten Monat ausgeführten Zyklen, alle Zyklen oder nur die Zyklen, die mit einem Alarm beendet sind:




Mit ENTER wird das BACK-UP der Daten gestartet; eine Fortschrittsliste wird eingeblendet:



Am Ende des Vorgangs wird "VORGANG ERFOLGREICH BEENDET" angezeigt und der Sterilisator schaltet in den STAND-BY-Modus.


4.2 Archiv-Zyklen

Mit ENTER wird die folgende Bildschirmseite eingeblendet:




Der Benutzer kann die Zyklen eines bestimmten Tags oder alle Zyklen, die mit einem Alarm beendet sind, visualisieren.

Nachdem Sie eine Position ausgewählt und ENTER gedrückt haben, erscheint die Liste der im internen Speicher chronologisch von dem Neuesten archivierten Zyklen eingeblendet:



Mit der Pfeilentasten ↑↓ kann man sich durch die Liste bewegen und mit ENTER wird der ausgewählte Zyklus aufgerufen:




Für jeden Zyklus werden die Seriennummer, der Benutzer, der ihn gestartet hat, die Zyklusnummer sowie Startdatum und -zeit angezeigt.

Mit EVENT wird eine Beschreibung der Zyklusphasen aufgerufen. Wenn der Zyklus durch einen Alarm unterbrochen wurde, wird eine Beschreibung des Alarms mit den Werten für Zykluszeit, Temperatur und Druck zum Zeitpunkt des Alarms eingeblendet.

Die Option DRUCK ist nur aktiviert, wenn das Gerät mit einem *Drucker 26* (Option, serienmäßig bei den PRINT-Modellen) ausgestattet ist; sie ermöglicht es, die Zyklusparameter in dem Modus auszudrucken, in dem der Zyklus gespeichert wurde. Während des Druckvorgangs wird die Meldung „Druckvorgang läuft“ eingeblendet, anschließend erscheint wieder die Seite mit den Zyklusdaten.

5. Menü Wartung




Das Menü stellt zwei Optionen zur Verfügung:

1. Komponenten;
2. Wartung speichern.

5.1 Komponenten

Nach Drücken von ENTER wird die Liste der Komponenten angezeigt, für die eine planmäßige Wartung vorgesehen ist:



Für jede Komponente werden die verbleibenden Tage und Zyklen sowie die drei letzten vorgenommenen Austausche mit Datum und Gesamtzahl der Zyklen zu diesem Zeitpunkt angezeigt.

Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann man sich durch die Liste bewegen, wobei bei bestimmten Komponenten (Luftfilter und Türdichtung) die Taste ENTER aktiviert ist, um den Austausch registrieren zu können.

Nach Drücken von ENTER erscheint:

10/04/07	14.15.04
WARTUNG	
AUSGETAUSCHT TEIL Luftfilter?	
JA	NEIN

Beim Drücken JA wird der Austausch gespeichert, mit NEIN gelangt man zurück zur Komponentenliste.

Bei den anderen Komponenten können der Austausch und die Registrierung nur von einem autorisierten Techniker vorgenommen werden.

5.2 **Wartung speichern**

Nach Drücken von ENTER erscheint:

21/06/11	12.10.19
WARTUNG SPEICHERN AUF SD CARD?	
JA	NEIN

Bei Auswahl von NEIN gelangt man zurück zum Menü Wartung.

Bei Auswahl von JA wird das Wartungsarchiv auf der eingesteckten *SterilCard 06* gespeichert. Das Archiv wird jedes Mal überschrieben.

Die Speicherung erfolgt nur, wenn die eingesteckte *SterilCard 06* programmiert und freigeschaltet ist.

INFORMATIONEN im Stand-by-Modus

Im Stand-by-Modus kann man durch Drücken von INFO die Geräteinformationen abrufen:

10/04/07	14.14.35
INFORMATIONEN	
Relativer Druck	0.007 bar
Theor. Dampftemp.	99.8 °C
Zyklen insgesamt	5
Wasserleitfähigkeit	26 µS/cm
Angemeld. Benutzer	COMINOX
Seriennum.	00011
Firmwareversion	2.14
← ↓	


Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann man sich durch die Liste bewegen und folgende Informationen anzeigen:


- relativer Druck;
- theoretische Dampftemperatur;
- Temperatur des *Dampfgenerators 47*;
- Zyklen insgesamt;
- Wasserleitfähigkeit letzte Füllung (nur wenn Autom. Befüllung verfügbar und aktiviert ist);
- Verbundener Benutzer (nur, wenn eine *SterilCard 06* eingesteckt ist);
- Seriennummer;
- Firmwareversion;
- Programmierdatei.


Mit der Taste ← gelangt man zurück in den Stand-by-Modus.

ZYKLUS STARTEN

Im STAND-BY-Modus kann man den angezeigten Zyklus mit ENTER starten:

10/04/07	14.27.53
134 HOHL/PORÖS B	
VORVAKUUM	
21.5 °C	0.642 bar
Zyklusdauer	00.48
 Tür verriegelt	
STOP	EVENT
INFO	GRAF

10/04/07	14.47.33
134 HOHL/PORÖS B	
STERILISATION	
134.9 °C	3.083 bar
Zyklusdauer	19.29
Zeit bis Phase 03.46	
 Tür verriegelt	
STOP	EVENT
INFO	GRAF

10/04/07	15.15.44
134 HOHL/PORÖS B	
ZYKLUSENDE	
118.5 °C	0.925 bar
Zyklusdauer	48.30
 Zyklus beendet	
STOP	EVENT
INFO	GRAF

Während des Zyklus werden auf dem Display folgende Informationen angezeigt:

- aktuelles Datum und Uhrzeit;
- der laufende Zyklus;
- die Phase des laufenden Zyklus;
- die Temperatur in der Sterilisierkammer;
- der Druck in der Sterilisierkammer;
- die Zykluszeit;
- die Zeit bis zum Ende der Phase (für die Phasen Sterilisieren und Trocknen);
- die Meldung „Tür verriegelt“;
- gegebenenfalls die Meldung „Abkühlpause“;
- die Meldung „Zyklus beendet“ am Ende des Zyklus.

Während des Zyklus sind die Multifunktionsstasten folgendermaßen belegt: STOP/ EVENT/ INFO/ GRAF

ZYKLUS STOPPEN

Am Ende des Zyklus drücken Sie STOP oder öffnen Sie die Tür **16**. Der Sterilisator fordert die Eingabe des Sicherheitscode an und dann gelangt zurück in den STAND-BY Modus.

Die Taste STOP ermöglicht es, den laufenden Zyklus anzuhalten.

! *Der Zyklus kann jederzeit mit STOP angehalten werden, doch sollte eine Unterbrechung nur in Notfällen erfolgen.*

Wenn ein Zyklus unterbrochen wird, bei dem das Ladegut aus verpackten Instrumenten besteht, ist die Sterilität auch nach abgeschlossener Sterilisationsphase nicht gewährleistet, da das Material nicht trocken ist; sollten die Instrumente nicht sofort benutzt werden, müssen sie einem weiteren Sterilisationszyklus unterzogen werden.

Nach Drücken von STOP erscheint die Meldung ALARM MANUELLER STOP mit der Beschreibung des Zyklus und der Phase, in der der Alarm aufgetreten ist. Der Alarm kann durch Drücken einer der vier Multifunktionstasten quittiert werden:



Der Sterilisator fordert die Eingabe des Benutzercode an und schaltet im OFF-Zustand.

! *Beim Drücken der STOP-Taste ist die Türverriegelung noch betätigt. Auf dem Display wird die Meldung "Tür verriegelt" angezeigt und die Tür kann nicht geöffnet werden.*

Beim Drücken ON mittels einer der vier Multifunktionstasten wird die folgende Bildschirmseite auf dem Display angezeigt:



Beim Drücken NEIN schaltet der Sterilisator in den STAND-BY-Modus mit verriegelter Tür. Beim Drücken JA startet der Vorgang zur Öffnung der Tür mittels der Betätigung der Vakuumpumpe; die folgende Bildschirmseite wird auf dem Display angezeigt.



Nach dem Vorgang zur Öffnung der Tür schaltet der Sterilisator in den STAND-BY-Modus und die Tür kann geöffnet werden.




VORSICHT vor den heißen Dämpfen, die beim Öffnen der Tür austreten; achten Sie immer darauf, sowohl das Sterilisiergut als auch das Gestellsystem und andere heiße Teile nur mit geeigneten Schutzhandschuhen anzufassen und den dafür vorgesehenen Tablettgriff **01** zu benutzen.


Nehmen Sie das Sterilisiergut heraus und vergewissern Sie sich bei verpackten Gegenständen, dass die Verpackung nicht beschädigt ist (z. B. offene Versiegelungen); Material in beschädigten Verpackungen muss neu verpackt und einem weiteren Sterilisationszyklus unterzogen werden.


Wenn ein *Drucker 26* angeschlossen und eingeschaltet ist, wird für den Zyklus ein kompletter Bericht ausgedruckt.


EREIGNISSE (EVENTS)

Mit EVENT wird eine Übersicht über die Ereignisse des Zyklus aufgerufen:

10/04/07	15.15.59		
134 HOHL/PORÖS B			
EVENTS			
START	14.27.06		
VORVAKUUM	00.00		
39.4 °C	0.975 bar		
DAMPFPEAK 1	04.08		
41.8 °C	0.149 bar		
VAKUUMPEAK 1	10.40		
132.1 °C	3.100 bar		
STOP		↓	←

10/04/07	15.16.15		
134 HOHL/PORÖS B			
EVENTS			
DAMPFPEAK 2	12.53		
75.1 °C	0.202 bar		
VAKUUMPEAK 2	16.09		
133.2 °C	3.100 bar		
DRUCKAUFBAU	18.26		
91.3 °C	0.205 bar		
STERILISATION	22.17		
134.7 °C	3.216 bar		
STOP		↑	↓

10/04/07	15.16.26		
134 HOHL/PORÖS B			
EVENTS			
STERILISATION	22.17		
134.7 °C	3.216 bar		
Temperatur			
134.6 °C	135.4 °C		
Druck			
3.212 bar	3.282 bar		
Theor. Dampftemp.			
136.0 °C	136.7 °C		
STOP		↑	↓

10/04/07	15.16.37		
134 HOHL/PORÖS B			
EVENTS			
TROCKNUNG	28.24		
76.7 °C	0.200 bar		
ZYKLUSENDE	48.30		
118.6 °C	0.862 bar		
STOP		↑	←


Auf dem Display werden die Informationen zu den einzelnen Phasen des laufenden Zyklus angezeigt: Name der Phase, Zeitpunkt, zu dem die Phase begonnen hat, Temperatur und Druck in der Sterilisierkammer zu Beginn der Phase. Für die Sterilisationsphase werden auf dem Display außerdem jeweils die Mindest- und Höchstwerte für Temperatur, Druck und theoretische Dampftemperatur angezeigt.

Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann man sich durch die Liste bewegen; mit der Taste ← gelangt man zurück zur übergeordneten Ebene. Mit STOP wird der Zyklus abgebrochen.

Im oberen Teil des Displays werden die Symbole für „Tür verriegelt“ und (am Ende des Zyklus) „Zyklus beendet“ eingeblendet.

ZYKLUSINFORMATIONEN

Mit INFO werden die Informationen über den laufenden Zyklus abgerufen:



Mit den Pfeiltasten \updownarrow kann man folgende Informationen anzeigen lassen:


- relativer Druck;
- theoretische Dampftemperatur;
- Temperatur des *Dampfgenerators 47*
- Zyklen insgesamt;
- Wasserleitfähigkeit letzte Füllung (nur wenn Autom. Befüllung verfügbar und aktiviert ist);
- Verbundener Benutzer (nur, wenn eine *SterilCard 06* eingesteckt ist);
- Seriennummer;
- Firmwareversion;
- Programmierdatei.

Mit den Pfeiltasten \updownarrow kann man sich durch die Liste bewegen; mit der Taste \leftarrow gelangt man zurück zur übergeordneten Ebene. Mit STOP wird der Zyklus abgebrochen.

Im oberen Teil des Displays werden die Symbole „Tür verriegelt“ und (am Ende des Zyklus) „Zyklus beendet“ eingeblendet.

GRAFISCHE DARSTELLUNG DES ZYKLUS

Mit GRAF wird eine grafische Darstellung des Druckverlaufs im laufenden Zyklus aufgerufen:



Während des Zyklus wird die Grafik in Echtzeit aktualisiert; mit den Tasten <> kann man die Grafik in 5-Minuten-Schritten durchblättern.

Mit der Taste ← gelangt man zurück zur übergeordneten Ebene. Mit STOP wird der Zyklus abgebrochen.

Im oberen Teil des Displays werden die Symbole „Tür verriegelt“ und (am Ende des Zyklus) „Zyklus beendet“ eingeblendet.

TESTS

SpeedyClave sieht zwei Kontrolltestzyklen vor, den Bowie & Dick-Test und den Vakuumtest (Prüfung der Geschwindigkeit des Luftintritts) und es ist außerdem möglich, die Prüfung mit hohlem Ladegut A gemäß der Bestimmung EN 13060 (Helix-Test) durchzuführen.

Bowie-Dick-Test

Mit dem Bowie-Dick-Test soll die einwandfreie Dampfdurchdringung bei porösen Materialien (z. B. Mull oder Gewebe) und die Wirksamkeit des Entlüftungssystems nachgewiesen werden.

Das Cominox Bowie-Dick-Testpaket enthält einen Indikator, dessen vollständiger Farbumschlag die einwandfreie Dampfdurchdringung anzeigt.



Gemäß EN 13060 muss der Bowie & Dick Test immer bei WARMEN Gerät, im Anschluss an einen anderen Zyklus, durchgeführt werden.

Die Vorgehensweise bei der Durchführung des Tests entspricht den Abläufen bei einem normalen Sterilisationszyklus, jedoch ohne das Gerät zu beladen:

- Schalten Sie das Gerät mit dem *Hauptschalter 13* ein.
- Öffnen Sie die *Tür 16*.
- Legen Sie ein Cominox Bowie-Dick-Testpaket auf das untere Tablett.
- Schließen Sie die *Tür 16*.
- Drücken Sie ON und geben Sie die Zugangscode ein;
- Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste MENU, wählen Sie das Menü Zyklus (Nummer 1), und drücken Sie ENTER.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ↑↓ den Zyklus Bowie-Dick-Test aus. Drücken Sie ENTER, um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie im Stand-by-Modus START und warten Sie, bis am Ende des Tests die Meldung ZYKLUSENDE erscheint und das entsprechende Symbol auf dem Display eingeblendet wird.
- Drücken Sie STOP, geben Sie den Zugangscode ein und öffnen Sie die *Tür 16*.
- Nehmen Sie das Tablett mit dem Testpaket heraus, und kontrollieren Sie das Testergebnis entsprechend den Herstellerangaben.

Vakuumtest


Mit dem VAKUUMTEST soll die Wirksamkeit der Vakuumpumpe und die Dichtheit des Leitungssystems nachgewiesen werden.




Der Vakuumtest muss bei KALTEM Gerät (Umgebungstemperatur) durchgeführt werden.

Die Vorgehensweise bei der Durchführung des Tests entspricht den Abläufen bei einem normalen Sterilisationszyklus, jedoch ohne das Gerät zu beladen:

- Schalten Sie das Gerät mit dem *Hauptschalter 13* ein.
- Schließen Sie die *Tür 16*.
- Drücken Sie ON und geben Sie den Zugangscode ein.
- Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste MENU, wählen Sie das Menü Zyklus (Nummer 1), und drücken Sie ENTER.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ↑↓ den Zyklus Vakuumtest aus, und drücken Sie ENTER, um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie im Stand-by-Modus START:



- Warten Sie ab, bis am Ende des Tests die Meldung VAKUUMTEST BESTANDEN eingeblendet wird:



- Drücken Sie STOP, geben Sie den Zugangscode ein und öffnen Sie die Tür.
- Falls auf dem Display die Meldung „TEST WIEDERHO.“ erscheint, wird der Test automatisch abgebrochen.
- Bevor Sie den Test wiederholen, müssen Sie die *Tür 16* öffnen, die *Kammer 09* vollständig abkühlen lassen und kontrollieren, dass sie ganz trocken ist.
- Wenn Sie den Vakuumtest zu starten versuchen, während die Temperatur in der Kammer noch über 40 °C liegt, wird die Meldung „Abkühlpause“ eingeblendet, und der Zyklus startet erst bei Erreichen einer Temperatur unter 40 °C.

! **ACHTUNG:** Aus diesem Grund wird für den Vakuumtest das Vorheizen bei geschlossener Tür beim ersten Einrasten des Griffs deaktiviert.

! Sollte nach Durchführung des Vakuumtests auf dem Display die Meldung VAKUUMTEST NICHT BESTANDEN angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Helix-Test

Mit dem Test für Hohlkörper des Typs A nach EN 13060 soll die einwandfreie Dampfdurchdringung bei Hohlkörpern des Typs A und die Wirksamkeit des Entlüftungssystems nachgewiesen werden.

Diese Prüfung kann auf den Zyklen des Typs B ausgeführt werden (121 HOHL/PORÖS ,134 HOHL/PORÖS und 134 PRIONEN) oder auf Zyklus 134 HANDSTÜCKE.

Der Cominox Helix-Test besteht aus einer Metallkapsel, die einen Prozessindikator und einen 1,5 m langen Teflonschlauch mit einem Durchmesser von 2 mm enthält. Der vollständige Farbumschlag des Indikators zeigt die einwandfreie Dampfdurchdringung durch den Hohlkörper an.

! Gemäß EN 13060 muss der HELIX Test immer bei WARMEN Gerät, im Anschluss an einen anderen Zyklus, durchgeführt werden. .

Die Vorgehensweise bei der Durchführung des Test entspricht den Abläufen bei einem normalen Sterilisationszyklus, jedoch ohne das Gerät zu beladen:

- Schalten Sie das Gerät mit dem *Hauptschalter 13* ein.
- Öffnen Sie die *Tür 16*.
- Legen Sie das Cominox Helix-Testset auf das untere Tablett.
- Schließen Sie die *Tür 16*.
- Geben Sie den Zugangscode ein.
- Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste MENU, wählen Sie das Menü Zyklus (Nummer 1), und drücken Sie ENTER.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ↑↓ den zu testenden B-Zyklus aus. Drücken Sie ENTER, um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie im Stand-by-Modus START und warten Sie, bis am Ende des Zyklus die Meldung ZYKLUSENDE erscheint und das entsprechende Symbol auf dem Display eingeblendet wird.
- Drücken Sie STOP, und warten Sie, bis der Druck wieder auf 0 bar gesunken ist, bevor Sie die *Tür 16* öffnen.
- Nehmen Sie das Tablett mit dem Testset heraus, und kontrollieren Sie das Testergebnis entsprechend den Herstellerangaben.

Drucker

Wenn ein *Drucker 26* angeschlossen und aktiviert ist (siehe Menü Grundeinstellungen, Par. 2.6), wird am Ende jedes Zyklus ein Bericht mit den Daten des soeben abgeschlossenen Zyklus ausgedruckt.

Der Druckvorgang beginnt, sobald STOP gedrückt oder (bei Zyklen, die mit einer Trocknungsphase enden) die Tür geöffnet wird.

Der Ausdruck enthält alle Informationen, die zur Dokumentation des Zyklus erforderlich sind:

- Datum und Uhrzeit;
- das SterilClave-Modell;

- die Seriennummer;
- den gestarteten Zyklus;
- die Sterilisationszeit;
- die Sterilisationstemperatur;
- die Zyklusnummer;
- die Angabe, ob eine Trocknungsphase zum Zyklus gehört;
- die Beschreibung jeder einzelnen Phase mit Anfangszeit sowie Temperatur- und Druckwerten;
- für die Sterilisationsphase werden außerdem jeweils die Mindest- und Höchstwerte für Temperatur, Druck und theoretische Dampftemperatur ausgedruckt;
- die Gesamtdauer des Zyklus und die Angabe, wann der Zyklus beendet wurde (Datum und Uhrzeit);
- das Sterilisiergut;
- Den Bediener.

Zeitangaben sowie Druck- und Temperaturwerte werden entweder ereignisgesteuert (bei jedem Phasenwechsel) oder zeitgesteuert (jede Minute) ausgegeben, je nachdem wie im Menü Grundeinstellungen der Parameter Datenübernahme eingestellt ist (siehe Kap. 2.8). Bei einem ALARM wird auf dem Ausdruck der entsprechende Alarmcode ausgegeben. Während des Druckvorgangs wird auf dem Display folgende Meldung eingeblendet:



Danach schaltet das Gerät in den Stand-by-Modus.

Zum Einsetzen oder Ersetzen der Papierrolle des *Druckers 26* ist nur die *untere Klappe 18* und anschließend die im Inneren des Druckers zu öffnen. Beide werden durch Aufklappen nach unten geöffnet. Nehmen Sie ggf. die alte Rolle heraus, legen Sie eine neue Rolle Thermopapier ein, und führen Sie ein Ende durch den oberen Schlitz. Drücken Sie die FEED-Taste auf dem Drucker, um das Papier durch den Schlitz in der Klappe zu transportieren, schließen Sie die Klappe des *Druckers 26* und die *Klappe 18* der Bedientafel.

Speicherung der Zyklen auf SD CARD

Wurde der Menüpunkt Speicherung Zyklen im Menü Grundeinstellungen aktiviert (siehe Abs. 2.7), werden am Ende des Zyklus die Daten automatisch auf dem internen Speicher (SD CARD) des Geräts gespeichert.

Zeitangaben sowie Druck- und Temperaturwerte werden entweder ereignisgesteuert (bei jedem Phasenwechsel) oder zeitgesteuert (jede Minute) gespeichert, je nachdem wie im Menü Grundeinstellungen der Parameter Datenübernahme eingestellt ist (siehe Kap. 2.8).

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die Meldung „Speicherung erfolgreich beendet“; wenn hingegen Fehler aufgetreten sind, wird „Speicherung fehlgeschlagen“ angezeigt; in beiden Fällen gelangt man durch Drücken einer der 4 Multifunktionstasten wieder in den Stand-by-Modus.

MELDUNGEN

Bei den Meldungen handelt es sich um Hinweise oder Warnungen, die zumeist lediglich eine einfache Korrekturmaßnahme bzw. eine Kontrolle seitens des Benutzers erfordern. Die Meldungen werden mit dem entsprechenden Symbol und einer kurzen Beschreibung auf dem Display angezeigt.

Beschreibung / • Abhilfe

Zeigt an, dass der *Dampfgenerator 47* erwärmt wird.

ERWÄRMEN
GENERATOR

Zeigt an, dass an einer oder mehreren Komponenten planmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

PLANMÄSSIGE
WARTUNG

Zeigt an, dass für den eingestellten Zyklus eine Startzeit vorgewählt wurde. Der Zyklus startet automatisch zu dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit.

STARTZEITVORWAHL

Max. Wasserstand *Reinwassertank 10*.

MAX. WASSERSTAND

Min. Wasserstand *Reinwassertank 10*.

- Tank befüllen.

MIN. WASSERSTAND

Leuchtet auf, wenn die *automatische Wasserzufuhr 29* installiert und aktiviert wurde.

Zeigt an, dass der Leitfähigkeitswert des zugeführten Wassers das optimale Niveau überschreitet, aber noch akzeptabel ist; der Zyklus kann zwar gestartet werden, allerdings empfiehlt es sich, entsprechend den Angaben für den Alarm WASSERQUALITÄT UNZUREICHEND vorzugehen (siehe Kap. ALARME).

WASSERQUALITÄT
KONTROLLIEREN

Zeigt an, dass die Temperatur in der *Kammer 09* nicht für den Start oder die Fortsetzung eines Zyklus geeignet ist.

ABKÜHLPAUSE

Vorheizen läuft; die Meldung zeigt an, dass das externe Heizelement in Betrieb ist.

VORHEIZEN
LÄUFT

Zeigt während des Zyklus an, dass die Verriegelung der *Tür 16* aktiviert ist; die Tür ist geschlossen und verriegelt.

TÜR
VERRIEGELT

Zeigt an, dass der Zyklus beendet und das Gerät für den Start eines neuen Zyklus bereit ist.

ZYKLUS
BEENDET

ALARME

Alarmermeldungen zeigen an, dass eine Wartung erforderlich ist oder eine Störung vorliegt. Falls während des Zyklus eine Störung auftritt, wird der Zyklus sofort unterbrochen und ein 15 Sekunden langes Alarmerignal ausgegeben. Auf dem Display wird eine Beschreibung des Alarms mit Angabe des Zyklus und der Phase, in der die Störung aufgetreten ist, angezeigt; um den Alarm zu quittieren, müssen Sie den Zugangscodier eingeben. Nachdem Sie den Alarm quittiert und, wenn möglich, die Ursache beseitigt haben, können Sie einen neuen Zyklus starten; sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an ein COMINOX Servicezentrum. Die Charge, deren Sterilisationszyklus abgebrochen wurde, ist als UNSTERIL anzusehen.

Beschreibung / • Abhilfe

Wird im Stand-by-Modus eingeblendet (siehe WASSERQUALITÄT KONTROLLIEREN, Kap. MELDUNGEN). Zeigt an, dass der Leitfähigkeitswert des Wassers den akzeptablen Wert überschritten hat.

- Wenn ein Cominox-Wasseraufbereitungssystem (Speedy Water oder Osmosis) eingesetzt wird, müssen die Patronen ausgetauscht werden.
- Wenn das Wasser aus einem externen Kanister zugeführt wird, ist die Wasserqualität zu kontrollieren.

WASSERQUALITÄT
UNZUREICHEND

Zeigt an, dass im *Reinwassertank 10* nicht genügend destilliertes oder entmineralisiertes Wasser vorhanden ist.

- Wenn die Alarmermeldung zu Beginn eines Zyklus ausgegeben wird, ist der Tank aufzufüllen (siehe MANUELLES BEFÜLLEN DES REINWASSERTANKS, Kap. INSTALLATION).
- Wenn die Alarmermeldung während eines Zyklus ausgegeben wird, sind die Anweisungen für den Alarm „DAMPF UNZUREICHEND“ zu befolgen.

WASSERSTAND
UNZUREICH.

Zeigt an, dass die erforderliche Zeit überschritten wurde, um im *Dampfgenerator 47* den Wasserstand korrekt aufzufüllen.

- Wenn der Alarm bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

ALARM WASSERSTAND
GENERATOR

Zeigt das Austreten von Dampf oder Heißdampf aus der *Kammer 09* an.

- Kontrollieren Sie Wirksamkeit und Sauberkeit der *Kammerdichtung 31* sowie der Innenplatte der *Tür 16*, an der sie anliegt; im Falle einer Beschädigung ist die Dichtung zu ersetzen (siehe REINIGUNG und KONTROLLEN, Kap. WARTUNG).
- Führen Sie einen VAKUUMTEST durch, um einen eventuellen Druckverlust festzustellen.

DAMPF
UNZUREICHEND

- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Geräts (siehe INSTALLATION).
- Überprüfen Sie, dass das zulässige Gesamtgewicht der Charge (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut) nicht überschritten wurde.

Zeigt an, dass während der Druckaufbauphase ein korrekter Temperaturanstieg in der *Kammer 09* durch kleine Dampfverluste oder unzureichende Dampfsättigung verhindert wurde.

ALARM
DRUCKAUFBAU

- Folgen Sie den Anweisungen für den Alarm „DAMPF UNZUREICHEND“.
- Wenn der Alarm bestehen bleibt, könnte dies auf eine Störung im elektrischen Heizsystem zurückzuführen sein: Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Zeigt an, dass die Temperatur im Innern der *Kammer 09* 150 °C überschritten hat.

ALARM
ÜBERTEMPERATUR PT1

- Wenn der Alarm bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Zeigt an, dass der Druck während eines Vakuumpeaks in der Phase des fraktionierten Vakuums nicht auf den vorgegebenen Wert abgesunken ist.

ALARM FRAKTIONIERT.
VAKUUM

- Folgen Sie den Anweisungen für den Alarm „VAKUUM UNZUREICHEND“.
- Überprüfen Sie, dass das zulässige Gesamtgewicht der Charge (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut) nicht überschritten wurde.

Zeigt an, dass der Druck während der Vorvakuumphase nicht auf den vorgegebenen Wert abgesunken ist.

ALARM VAKUUM
UNZUREICHEND

- Kontrollieren Sie Wirksamkeit und Sauberkeit der *Kammerdichtung 31* sowie der Innenplatte der *Tür 16*, an der sie anliegt; im Falle einer Beschädigung ist die Dichtung zu ersetzen (siehe Kap. WARTUNG).
- Kontrollieren Sie das *Ablaufsieb 20* auf Sauberkeit und korrekte Position (siehe Kap. WARTUNG).
- Führen Sie einen VAKUUMTEST durch, um einen eventuellen Druckverlust festzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen nicht verstopft sind (siehe VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU, Kap. INSTALLATION), und lassen Sie den/die internen Ventilator(en) von einem autorisierten Techniker auf Wirksamkeit überprüfen.

TEMPERATURBEREICH STERILISATION: ÜBERTEMPERATUR.

Zeigt an, dass die Temperatur oder die theoretische Dampftemperatur während der Sterilisation die obere Grenze des Sterilisationstemperaturbereichs überschritten hat.

BEREICH STER.TEMP.
ÜBERTEMPERATUR

- Wenn der Alarm bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst, um die Einstellung der Temperatur- und Drucksensoren überprüfen zu lassen.

TEMPERATURBEREICH STERILISATION: UNTERTEMPERATUR.
Zeigt an, dass die Temperatur oder die theoretische Dampf­temperatur die Untergrenze des Sterilisationstemperaturbereichs unterschritten hat.

- Überprüfen Sie, dass das zulässige Gesamtgewicht der Charge (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut) nicht überschritten wurde.

BEREICH STER.TEMP.
UNTERTEMPERATUR

Zeigt eine Störung der Pegelsonden an.

- Entleeren und füllen Sie den *Reinwassertank 10* in kaltem Zustand.

ALARM
PEGELSONDEN

Zeigt eine Überhitzung in der *Kammer 09* an, die zum Ansprechen des *Sicherheitsthermostaten 17* führt.

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

ALARM
HEIZELEMENTE

Erscheint im Stand-by-Modus, wenn die *automatische Wasserzufuhr 29* installiert und aktiviert wurde (siehe Kap. ANSCHLÜSSE).

- Konfiguration A: Füllen oder ersetzen Sie den Kanister mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser.
- Konfiguration B: Kontrollieren Sie, ob der Hahn der Wasserleitung geöffnet und der Wasserdruck in Ordnung ist.

ALARM AUTOM.
BEFÜLLUNG

Zeigt an, dass die *Tür 16* nicht richtig geschlossen ist.

- Schließen Sie die Tür, bevor Sie einen Zyklus starten.

ALARM
TÜR

Wird angezeigt, wenn der Temperatursensor des Geräts nicht angeschlossen oder defekt ist.

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um den Temperatursensor überprüfen zu lassen.

ALARM TEMP. SONDE
PT1

Zeigt an, dass der Druck während der Entleerung nicht auf den vorgegebenen Wert abgesunken ist.

- Folgen Sie den Anweisungen für den Alarm „VAKUUM UNZUREICHEND“.
- Überprüfen Sie, dass das zulässige Gesamtgewicht der Charge (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut) nicht überschritten wurde.

ALARM
ENTLEERUNG

Zeigt an, dass die Temperatur in der *Kammer 09* nicht der theoretischen Dampftemperatur entspricht.

- Wenn der Alarm bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst, um die Einstellung der Temperatur- und Drucksensoren überprüfen zu lassen.

ALARM
AUSRICHTUNGSFEHLER

Wird angezeigt, wenn der Drucksensor des Geräts nicht angeschlossen oder defekt ist.

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um den Drucksensor überprüfen zu lassen.

ALARM
DRUCKGEBER

Zeigt an, dass die Taste STOP betätigt wurde, bevor der Zyklus beendet wurde.

- Die Charge ist als UNSTERIL anzusehen, und der Sterilisationszyklus muss erneut durchgeführt werden.

ALARM MANUELLER
STOP

Zeigt an, dass während eines laufenden Zyklus die Stromversorgung des Geräts unterbrochen wurde; bei Rückkehr der Stromversorgung wird auf dem Display angezeigt, in welcher Phase der Strom ausgefallen ist. Sollte der Strom ausfallen, während ein Alarm ansteht, wird auf dem Display die letzte Alarmmeldung angezeigt.

ALARM
STROMAUSFALL

Zeigt an, dass die Temperatur im Inneren des *Dampfgenerators 47* 170°C überschritten hat.

- bleibt der Alarm bestehen, muss der Kundendienst gerufen werden.

ALARM
ÜBERTEMPERATUR PT2

Zeigt an, dass der Druck während der Vorvakuumphase im *Dampfgenerator 47* nicht auf den korrekten vorgegebenen Wert abgesunken ist.

- die Wirksamkeit und die Sauberkeit der *Türdichtung 31* kontrollieren und diese bei Beschädigung ersetzen (siehe Kap. WARTUNG);
- Die Sauberkeit und die korrekte Positionierung des *Abflussfilters 20* kontrollieren, (siehe Kapitel WARTUNG);
- einen VAKUUMTEST ausführen, um einen eventuellen Druckverlust festzustellen;
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen nicht verstopft sind (siehe VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU, Kap. INSTALLATION), und lassen Sie den/die internen Ventilator(en) von einem autorisierten Techniker auf ihren Wirkungsgrad prüfen.

ALARM VAKUUM
UNZUREICHEND

Zeigt ein Problem beim Erwärmen des *Dampfgenerators 47* an.

- bleibt der Alarm bestehen, muss der Kundendienst gerufen werden.

ALARM ERWÄRM.
GENERAT.

Wird angezeigt, wenn der Temperatursensor des *Dampfgenerators 47* nicht angeschlossen oder defekt ist.

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um den Temperatursensor überprüfen zu lassen.

ALARM
TEMP.SENSOR. PT2

Zeigt das Fehlen von destilliertem oder entmineralisiertem Wasser im *Dampfgenerator 47* an.

- bleibt der Alarm bestehen, muss der Kundendienst gerufen werden.

ALARM WASSERSTAND
UNZUR. GENER.

Gibt an, dass die Temperatur auf der äußeren Hülle den Wert von 220°C überschritten hat.

- bleibt der Alarm bestehen, muss der Kundendienst gerufen werden.

ALARM
ÜBERTEMPERATUR PT3

Wird angezeigt, wenn der Temperatursensor PT3 nicht angeschlossen oder defekt ist.

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um den Temperatursensor überprüfen zu lassen.

ALARM
TEMP. SENSOR. PT3

Es berichtet, dass einer der Zeitüberschreitung Phasen (Sterilisation, Trocken oder Vakuum-Test) wurde nicht korrekt ausgefüllt.

- Bitte wenden Sie sich an die technische Unterstützung.

ALARM
EVENTS

- Kontrollieren Sie, ob die Steckdose Strom hat, ob der Stecker des *Netzkabels 03* richtig in der Steckdose sitzt und ob das Kabel an das Gerät angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie die *Sicherungen 32* und vergewissern Sie sich, dass der *Hauptschalter 13* auf „I“ steht.

AUF DEM DISPLAY
ERSCHEINT KEINE
ANZEIGE

- Kontrollieren Sie Wirksamkeit und Sauberkeit der *Kammerdichtung 31* sowie der Innenplatte der *Tür 16*, an der sie anliegt; im Falle einer Beschädigung ist die Dichtung zu ersetzen (siehe Kap. WARTUNG).
- Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um den Schließmechanismus der *Tür 16* einstellen zu lassen.

DAMPFAUSTRITT
AUS DER TÜR

Nach Beendigung des Zyklus befindet sich noch Wasser in der *Kammer 09*.

- Kontrollieren Sie das *Ablaufsieb 20* auf Sauberkeit und korrekte Position (siehe Kap. WARTUNG);
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Geräts (siehe Kap. INSTALLATION).

WASSER IN DER
KAMMER NACH DEM
ZYKLUS

Das Trocknungsergebnis nach dem Zyklus ist nicht zufriedenstellend.

- Kontrollieren Sie, ob der gewählte Zyklus für das Sterilisiergut geeignet ist (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut).
- Überprüfen Sie, dass das zulässige Gesamtgewicht der Charge (siehe Tabelle Zyklen/Sterilisiergut) nicht überschritten wurde.
- Kontrollieren, ob die Charge korrekt vorbereitet wurde (siehe Kap. BETRIEB/VORBEREITUNG DES STERILISIERGUTES).
- Überprüfen Sie den *Luftsterilisationsfilter 15*, und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls (siehe Kap. WARTUNG).
- Folgen Sie den Anweisungen für das vorherige Problem.

TROCKNUNG
UNBEFRIEDIGEND

Der Druck steigt nach Zyklusende sehr langsam an.

- Überprüfen Sie den *Luftsterilisationsfilter 15*, und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls (siehe Kap. WARTUNG).

LANGSAMER
DRUCKANSTIEG

Der *Drucker 26* druckt nicht.

- Überprüfen Sie im Menü Grundeinstellungen, ob der Drucker aktiviert ist (siehe Kap. BETRIEB).

Wenn der *Drucker 26* installiert und aktiviert ist, nach Zyklusende aber kein Ausdruck erfolgt, prüfen Sie, ob die Papierrolle korrekt eingelegt und die Klappe des Druckers richtig geschlossen ist. Bei Papiermangel oder geöffneter Klappe leuchtet das ERROR-LED am Drucker.

- Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel DRUCKER.

Wenn das POWER-LED am *Drucker 26* nicht leuchtet, liegt ein Fehler in der Stromversorgung des Druckers vor:

- Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

DRUCKER DRUCKT
NICHT

Der *automatische Wassereinlass 29* (OPTION) funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie die Einstellung Autom. Befüllung ON im Menü Grundeinstellungen (siehe Kap. BETRIEB).
- Wenn die Konfiguration A (externer Kanister) installiert und eingestellt ist, prüfen Sie, ob sich Wasser im Kanister befindet; wenn Wasser vorhanden ist und der Alarm AUTOM. BEFÜLLUNG KONTROLLIEREN ausgegeben wird, prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch bis zum Boden des Kanisters reicht; vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht geknickt oder verdreht ist und dass der Höhenunterschied zwischen Sterilisator und Kanisterboden nicht mehr als 1 Meter beträgt (siehe ANSCHLÜSSE, Kap. INSTALLATION).
- Wenn die Konfiguration B (Wasserleitung) installiert und eingestellt ist, prüfen Sie, ob der Hahn der Wasserleitung geöffnet ist; wenn der Hahn geöffnet

AUTOMATISCHE
WASSERZUFUHR
FUNKTIONIERT NICHT

ist und der Alarm AUTOM. BEFÜLLUNG KONTROLLIEREN ausgegeben wird, kontrollieren Sie den Wasserfluss im Schlauch zwischen Cominox-Wasseraufbereitungssystem und Sterilisator.

- Wenn keine der empfohlenen Maßnahmen erfolgreich ist, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst; deaktivieren Sie einstweilen die Funktion AUTOMATISCHE WASSERZUFUHR (siehe EINSTELLUNGEN, Kap. BETRIEB), und befüllen Sie den Reinwassertank von Hand (siehe Kap. INSTALLATION), um den Sterilisator weiter nutzen zu können.

Dampfaustritt aus dem *Sicherheitsventil 12*.

- Wenn der Sterilisator an einem Standort installiert ist, der höher als 1500 m über NN liegt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst, um ein geeignetes Sicherheitsventil einbauen zu lassen (siehe Kap. TECHNISCHE MERKMALE).
- Wenn der Installationsort weniger als 1500 m über NN liegt und das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst, um die Funktionstüchtigkeit des Ventils überprüfen zu lassen.

DAMPFAUSTRITT AUS DEM SICHERHEITSVENTIL

Übersicht über die Alarmcodes

Code	Alarmart
00	ALARM HEIZELEMENTE
01	ALARM ÜBERTEMPERATUR PT1
02	
03	ALARM DAMPF UNZUREICHEND
04	ALARM WASSERSTAND UNZUREICH.
05	
06	
07	ALARM TÜR
08	ALARM WASSERSTAND GENERATOR
09	ALARM MANUELLER STOP
10	ALARM VAKUUM UNZUREICHEND
11	ALARM FRAKTIONIERT. VAKUUM
12	
13	ALARM PEGELSONDEN
14	ALARM DRUCKAUFBAU
15	ALARM BEREICH ÜBERTEMP.
16	ALARM BEREICH UNTERTEMP.
17	
18	ALARM STROMAUSFALL
19	ALARM WASSERSTAND UNZUR. GENER.
20	ALARM ÜBERTEMPERATUR PT2
21	ALARM ENTLEERUNG
22	ALARM AUSRICHTUNGSFEHLER
23	ALARM DRUCKGEBER
24	ALARM TEMP. SONDE PT1
25	ALARM TEMP. SENSOR. PT2
26	ALARM ÜBERTEMPERATUR PT3
27	ALARM TEMP. SENSOR. PT3
28	
29	
30	ALARM EVENTS

Nachdem Sie einen Alarm bei Eingabe eines Benutzercode quittiert haben, schaltet der Sterilisator in den OFF-Zustand.

Beim Drücken EIN mittels einer der vier Multifunktionstasten wird die folgende Bildschirmseite auf dem Display angezeigt:



Beim Drücken NEIN schaltet der Sterilisator in den STAND-BY-Modus mit der verriegelten Tür. Beim Drücken JA wird der Vorgang zur Öffnung der Tür dank der Betätigung der Vakuumpumpe gestartet; die folgende Bildschirmseite wird auf dem Display angezeigt:



Am Ende des Vorgangs zur Öffnung der Tür schaltet der Sterilisator in den STAND-BY-Modus und die Tür kann geöffnet werden.

WARTUNG

ALLGEMEINE HINWEISE



Wartungsarbeiten müssen von sachkundigem und befugtem Personen durchgeführt werden.

Sofern nicht anders angegeben, sind Wartungsarbeiten grundsätzlich bei ausgeschaltetem Gerät und in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.



Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist und KEINE heißen Oberflächen mehr aufweist, und gehen Sie immer angemessener Vorsicht vor.

Führen Sie keine unsachgemäßen Reparaturen durch, und verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.



Benutzen Sie immer die vorgesehene persönliche Schutzausrüstung.

Das Wartungspersonal ist verpflichtet, Störungen oder Defekte (Undichtigkeiten, Beschädigungen usw.) umgehend zu melden.



Sollten Probleme auftreten, darf das Gerät NICHT zur Benutzung freigegeben werden; sorgen Sie in diesem Fall dafür, dass der ordnungsgemäße Zustand wiederhergestellt wird, bzw. veranlassen Sie entsprechende Maßnahmen.

COMINOX übernimmt keine Haftung, wenn der in diesem Handbuch enthaltene Wartungsplan nicht eingehalten wird (siehe Tabelle Wartungsplan), wenn die Wartungsarbeiten nicht von sachkundigem Personal durchgeführt werden oder wenn die von unserem Installationstechniker empfohlenen Verfahren nicht beachtet werden.



Bei Defekten oder Störungen, die anhand dieses Handbuchs nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von COMINOX.

Kontaktieren Sie bitte COMINOX, um zu wissen, wo sich der nächste Servicezentrum befindet

Reinigung

Reinigen Sie **täglich** die **Kammer 09** und die Kammerdichtung der **Tür 16** ; verwenden Sie dazu ein mit destilliertem Wasser getränktes, fusselfreies Baumwolltuch.

Bei der Reinigung wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.

Verkrustungen lassen sich mit einem Edelstahlreiniger entfernen; waschen Sie anschließend die Reinigungsmittelrückstände mit einem fettlösenden Mittel ab und spülen Sie die Flächen mit reichlich destilliertem Wasser ab.



Verwenden Sie **KEINE** chlorhaltigen Mittel (Bleichmittel), da diese in der Sterilisierkammer eine Oxidation bewirken könnten.
Verwenden Sie **KEINE** Scheuerschwämme oder Putzkissen.

Reinigen Sie **täglich** den Arbeitsplatz, und kontrollieren Sie dabei, dass die Belüftung des Geräts nicht behindert wird.

Reinigen Sie mindestens halbjährlich den *Reinwassertank 10* und füllen Sie den Reinwassertank anschließend wieder auf (siehe Tabelle Speisewasser).
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Tanks zuvor geleert werden.

Filter

Ersetzen Sie mindestens **halbjährlich** den *Luftsterilisationsfilter 15*. Entfernen Sie den alten Filter und schrauben Sie den neuen ein.

Kontrollieren Sie mindestens **jährlich** die Wirksamkeit des *Ablaufsiebs 20*, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

- Öffnen Sie die *Tür 16*.
- Ziehen Sie das Sieb nach oben heraus.
- Kontrollieren Sie das Sieb, reinigen Sie es mit Druckluft oder ersetzen Sie es.
- Setzen Sie das Sieb wieder ein.

Kontrollen

Mindestens einmal **monatlich** die Dichtigkeit der Kammerdichtung **31** kontrollieren und bei Beschädigungen ersetzen.

Um die Haltbarkeit zu verlängern, empfiehlt es sich, die *Tür 16* nur anzulehnen, aber nicht mit dem Griff zu verriegeln, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

Kontrollieren Sie **täglich**, dass keine Flüssigkeit in den Arbeitsbereich ausläuft oder tropft, da sonst Rutschgefahr besteht.



Kontrollieren Sie mindestens **jährlich** die Einstellung der Temperatur- und Drucksonden.
Die Kontrolle der Sonden muss unbedingt von Fachpersonal oder in einem **COMINOX** Servicezentrum durchgeführt werden.

Sicherungen

Für die Größe der *Sicherungen 32* beziehen Sie sich auf das Etikett im Inneren der *Klappe 18*.

LAGERUNG UND VERSCHROTTUNG

Lagerung des Geräts oder längere Außerbetriebnahme

! Falls das Gerät NICHT sofort benutzt oder über längere Zeit gelagert wird, ist auf eine korrekte Verpackung zu achten.

Das Gerät muss in geschlossenen, aber gut belüfteten Räumen gelagert werden, die so beschaffen sind, dass die Gerätekomponenten, insbesondere die Elektronik, keinen Schaden nehmen können.

Gegebenfalls ist das Gerät zusammen mit einem Trockenmittel in Cellophanfolie zu verpacken.

Stapeln Sie KEINE anderen Gegenstände auf der Verpackung, allenfalls Geräte desselben Typs, dann aber höchstens vier übereinander.

Nach einer längeren Betriebsunterbrechung muss das Gerät auf jeden Fall speziellen Kontrollen und Prüfungen unterzogen werden, auf die hier nicht eingegangen werden kann; nähere Auskünfte erhalten Sie bei **COMINOX** oder beim technischen Kundendienst.

Vor einer längeren Betriebsunterbrechung sind die Tanks vollständig zu leeren.

Demontage, Verschrottung, Entsorgung

! Falls das Gerät verschrottet wird, sind bei der Entsorgung der einzelnen Gerätebestandteile die örtlich geltenden Vorschriften zu beachten; eine Verschmutzung der Umwelt ist auf jeden Fall zu vermeiden.

N.B.: **COMINOX** übernimmt keine Haftung für Umweltschäden oder für die Systeme, die zur Entsorgung der Materialien benutzt werden, aus denen das Gerät besteht oder die für den Betrieb eingesetzt werden.


! Die verschiedenen Bestandteile des Geräts sind jeweils materialgerecht zu entsorgen.

Tabelle Wartungsplan


Teil	Max. Anzahl Zyklen oder Intervall	Datum der Wartung	Anz. Zyklen zum Zeitpunkt der Wartung	Unterschrift des Technikers
Luftfilter	400 1 Jahr			
Wasserfilter	1500 2 Jahre			
Kit Vakuumpumpe	1000 2 Jahre			
EV2 Ablauf	1500 2 Jahre			
EV4 Dampf	3000 3 Jahre			
EV6 Bypass	3000 3 Jahre			
Wasserpumpe	2000 2 Jahre			
Internes Heizelement	6000 6 Jahre			
Türdichtung	3000 2 Jahre			
Pegelsonde Generator	3000 3 Jahre			
Ventilator(en)	4000 3 Jahre			
Temperatursensor 1	6000 6 Jahre			
Temperatursensor 2	6000 6 Jahre			
Sicherheitsthermostat Kammer	6000 6 Jahre			
Sicherheitsthermostat Generator	6000 6 Jahre			
Druckgeber	6000 6 Jahre			
Sicherheitsventil Kammer	3000 3 Jahre			
Sicherheitsventil Generator	3000 3 Jahre			

ANHANG 1: GRAFIKEN SPEEDYCLAVE 18


134 SPEEDY HANDSTÜCK




134 SPEEDY 1 Kg




134 SPEEDY 2.5 Kg




134 STANDARD B



121 SOFT B



134 PRIONEN





COMINOX®
Cominox S.r.l.

via G. Viganò, 7 - 20841 Carate B.za (MB) Italia
tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940
www.cominox.it

UCD01SPV Oktober 2011. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Artikeln ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.